



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

*Załącznik nr 1*

### *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia*

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany
1	urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020	TAK
2	model kompaktowy, ekonomiczny, bezwyciągowy	TAK
3	struktura polipropylenowa o wysokiej odporności chemicznej,	TAK
4	wbudowany, uszczelniony polipropylenowy lub do wyboru z epoksy, stali nierdzewnej, ceramiki lub Trepsa blat roboczy,	TAK
5	suwane okno frontowe z bezpiecznego szkła,	TAK
6	monitor wyświetla całkowity czas pracy wentylatora w celu śledzenia i wymiany filtra,	TAK
7	przyjazne środowisku, oszczędne oświetlenie LED 800 lux oddzielone od przestrzeni roboczej,	TAK
8	prędkość powietrza $0,5 \pm 0,1$ m/s, $100 \pm 20$ FPM,	TAK
9	dostęp z tyłu w celu wymiany filtra,	TAK
10	Filtry zabezpieczające przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych występujących w aptece tj.: perhydrolu, alkoholu etylowego skażonego, substancji do dezynfekcji w postaci proszku opartej na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu).	TAK
11	punkt wylotowy do podłączenia drugiego filtra lub zewnętrznego układu wydechowego.	TAK
12	wymiaryzew.: 750 x 580 x 950 [mm] (szer.x gł. x wys.)	TAK
13	wymiarywew.: 730 x 450 x 450 [mm] (sze.x gł. x wys.)	TAK
14	otwarcie okna suwanego max 300mm	TAK
15	poziom hałasu (testowana w odległości 20 cm od blatu roboczego na wysokości 1,2 m nad podłożem)max 60db	TAK

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***