



Projekt: Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

L. dz. DZP- 798 /22

Poznań, dnia 18.10.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: Tpm-111/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Dostawę dwóch komór laminarnych.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści: Komora 1: Szerokość zewnętrzna 1643 (mm) szerokość wewnętrzna 1495 (mm)?
Komora 2: Szerokość wewnętrzna 1190 (mm)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wysokość komory roboczej 666 mm?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści: wyświetlacz LCD z panelem sterowania wyposażonym w przyciski membranowe?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści: oświetlenie obszaru pracy w technologii LED, o intensywności: 1000 lux?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści: lampę UV jednożarnikową umiejscowioną z przodu w górnej części komory laminarnej, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści: podłokietnik V-kształtny zapobiegający zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz pozwalający na zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy, zamiast wymaganych podpór pod rękę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści komorę bez podpór zamontowanych na stałe z przodu komory?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści poziom głośności 58 dB?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści komora laminarna na stelażu bez możliwości regulacji wysokości z możliwością tylko poziomowania?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Przesłane, informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Opracowała: Justyna Bittner-Dobak

nr telefonu: 61 854 60 17

e-mail: dzp@ump.edu.pl