

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 11.02.2022 r.

Wysokie Mazowieckie, 11.02.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**  
Oznaczenie sprawy: **2/2022**

**Zapytanie nr 1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 38**

Dotyczy Pakietu nr 38. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 24 poz. 1? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 22**

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści zestaw:

Pozwalający na pozyskanie 3 ml osocza bogatopłytkowego z 11 ml krwi przy jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Bariera żelowa pozwala na usunięcie do 100% erytrocytów, oraz ponad 92% granulocytów. Czas wirowania 10 minut. Filtr, który wchodzi w skład zestawu usuwa z PRP wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10µm takie jak granulocyty oraz fragmenty żelu separującego.

W skład zestawu wchodzi:

1 probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy (cytrynian z fizjologicznym poziomem Ph, o stężeniu 2,98%), tłok z MONOCAP filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobierania krwi, 1 kaniule 18Gx100mm, 1 strzykawka 10ml).

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz