



WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 12.05.2021 r.

## Uczestnicy postępowania publicznego Nr 18/D/2021

WCKiK – SZP.2612.1.18/D/2021

**Dotyczy:** *pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym  
Sprawa Nr 18/D/2021.*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa analizatora do badań, zgrzewarki do drenów, aparatu do inaktywacji osocza, chłodziarki do KKCz, urządzenie do schładzania i przechowywania FFP, aparatu do aferezy, separatora osocza, analizatora hemoglobiny (Sprawa Nr 18/D/2021).

### **Pakiet Nr 6 Aparat do aferezy**

#### **Pytanie nr 1**

Punkt 10. Czy Zamawiający zgodzi się, aby maksymalna objętość pozaustrojowa w przypadku procedur ze zdrowym dawcą wynosiła 450ml?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 1:**

Tak. Zamawiający dopuszcza aby maksymalna objętość pozaustrojowa w przypadku procedur ze zdrowym dawcą wynosiła 450ml.

#### **Pytanie nr 2**

Punkt 11. Czy Zamawiający zgodzi się, aby komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem odbywała się poprzez monochromatyczny ekran graficzny i zespół intuicyjnych, membranowych przycisków znajdujących się pod wyświetlaczem?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 2:**

Tak. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem odbywała się poprzez monochromatyczny ekran graficzny i zespół intuicyjnych, membranowych przycisków znajdujących się pod wyświetlaczem.

### **Pakiet Nr 7 Separator osoczowy**

#### **Pytanie nr 3**

Punkt 2: Czy ze względu na cykliczność produkcji Zamawiający dopuści urządzenia fabrycznie nowe, ale wyprodukowane w 2017 roku?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 3:**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z 2017 roku.

## **Pakiet Nr 4 Chłodziarka do KKCz**

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przystosowane do przechowywania KKCz z zakresem nastawiania temperatury od +2°C do +6°C?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 4:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z temperaturą regulowaną w zakresie od +2st.C do +6st.C

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 700 litrów przystosowane do przechowywania ok. 360 worków z krwią z pojedynczymi drzwiami zewnętrznymi i bez dodatkowych drzwi wewnętrznych?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 5:**

Nie.

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wewnętrznej szyby?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 6:**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody aby nie było szyby wewnętrznej.

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 687 x 826 x 2132 mm (SxGxW)?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 7:**

Nie. Wymiary urządzenia nie spełniają potrzeb Zamawiającego.

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 8:**

Tak. Wnętrze może być ze stali nierdzewnej.

### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyjaznym w obsłudze panelem sterowania, wykorzystującym kolorowy ekran LCD oraz dotykowe przyciski funkcyjne?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 9:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD.

### **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowany rejestrator parametrów i zdarzeń alarmowych z możliwością archiwizacji bezpośrednio na przenośną pamięć USB?

#### **Odpowiedz na pytanie nr 10:**

Tak.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu: 50 dB?

**Odpowiedz na pytanie nr 11:**

Tak.

**Pakiet Nr 5: Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP:****Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z system chłodzenia okołokomorowego z naturalnymi, węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi?

**Odpowiedz na pytanie nr 12:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem ze stali malowanej?

**Odpowiedz na pytanie nr 13:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeznaczone do użytku w laboratoriach i placówkach medycznych, nieposiadające statusu wyrobu medycznego?

**Odpowiedz na pytanie nr 14:**

Nie. Urządzenie musi posiadać status wyrobu medycznego.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w układ chłodzenia wykonany w technologii inwerterowej co zapewnia niższe zużycie energii oraz lepszą stabilność parametrów?

**Odpowiedz na pytanie nr 15:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w dwie komory z oddzielną nastawą temperatury dla każdej komory?

**Odpowiedz na pytanie nr 16:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet Nr 4 Chłodziarka do KKCz****Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z temperaturą regulowaną w zakresie od +2st.C do +6st.C? Zgodnie z naszą wiedzą jest to temperatura odpowiednia do przechowywania worków z krwią. Jednocześnie informujemy, iż fabrycznie temperatura jest ustawiona na +4st.C. Aby zmienić temperaturę na wyświetlaczu konieczne jest wpisanie hasła.

**Odpowiedz na pytanie nr 17:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z temperaturą regulowaną w zakresie od +2st.C do +6st.C

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z szufladami, ale bez perforacji w dnie? Informujemy, iż nie ma to wpływu na rozkład temperatury wewnątrz urządzenia.

**Odpowiedz na pytanie nr 18:**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza szuflad bez perforowanego dna.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej pojemności urządzeń oczekuje?

Według naszej wiedzy nie ma na rynku urządzeń o pojemnościach 700-1000 litrów z dwójką drzwi zewnętrznych. Dopiero urządzenia o pojemności ok. 1400 litrów zazwyczaj mają dwójkę drzwi zewnętrznych.

**Odpowiedz na pytanie nr 19:**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia. Objętość chłodziarki po zmianie to od 700 do 1400 litrów.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 1400 x 800 x 1990 mm?

**Odpowiedz na pytanie nr 20:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 1400 x 800 x 1990 mm.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez drzwi wewnętrznych minimalizujących wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, ale z szufladami z frontem z pleksi, który pełni rolę drzwi wewnętrznych? Jest to rozwiązanie najbardziej optymalne, gdyż pozwala na większą fragmentację otwieranej powierzchni niż w przypadku rozwiązania z drzwiami wewnętrznymi.

**Odpowiedz na pytanie nr 21:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez drzwi wewnętrznych dodatkowych.

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym wyświetlaczem LCD z graficznym przedstawieniem temperatury? Jest to rozwiązanie korzystniejsze z racji większej ilości informacji diagnostycznych na wyświetlaczu i zwiększonej liczby funkcjonalności.

**Odpowiedz na pytanie nr 22:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z zewnętrznym wyświetlaczem LCD z graficznym przedstawieniem temperatury.

**Pytanie nr 23:**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedz na pytanie nr 23:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej.

**Pytanie nr 24:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitorowaniem temperatury w dwóch punktach w referencyjnych pojemnikach z cieczą, ale bez możliwości podglądu temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym oraz temperatury uśrednionej?

**Odpowiedz na pytanie nr 24:**

Nie. Nie może zabraknąć podglądu z każdego osobnego miernika.

**Pytanie nr 25:**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedz na pytanie nr 25:**

Tak. Zamawiający wydłuża terminu dostawy do 60 dni od dnia podpisania umowy?

**Pakiet 1 – Analizator do badań****Pytanie nr 26:**

dot. pkt 9 parametrów wymaganych – Analizator do badań immunohematologicznych (Arkusz asortymentowo-cenowy Załącznik Nr 2/1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów z możliwością załadowania min. 90 kart żelowych wewnątrz, spełniających pozostałe wymagania dot. pojemności i ładowności określone w pkt 9 parametrów?

**Odpowiedz na pytanie nr 26:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów z możliwością załadowania min. 90 kart żelowych wewnątrz, spełniających pozostałe wymagania dot. pojemności i ładowności określone w pkt 9 parametrów.

**Pytanie nr 27:**

dot. pkt 11 parametrów wymaganych – Analizator do badań immunohematologicznych (Arkusz asortymentowo-cenowy Załącznik Nr 2/1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów posiadających na pokładzie magazyn odczynników na min. 160 mikrokart, co pozwala na nieprzerwane wykonanie min. 100 badań grup krwi wraz z wykrywaniem przeciwciał w PTA zgodnie z wymogiem określonym w pkt 11 parametrów?

**Odpowiedz na pytanie nr 27:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatorów posiadających na pokładzie magazyn odczynników na min. 160 mikrokart, co pozwala na nieprzerwane wykonanie min. 100 badań grup krwi wraz z wykrywaniem przeciwciał w PTA zgodnie z wymogiem określonym w pkt 11 parametrów.

**Pakiet Nr 2: Zgrzewarka do drenów stacjonarna modułowa****Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie pozwalające na zgrzewanie drenów o średnicy do 5,9 mm?

**Odpowiedz na pytanie nr 28:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie pozwalające na zgrzewanie drenów o średnicy do 5,9 mm.

**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający zaakceptuje skok segmentacji w zakresie 60-120 mm?

**Odpowiedz na pytanie nr 29:**

Tak. Zamawiający dopuszcza skok segmentacji w zakresie 60-120 mm.

**Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie gdzie funkcja przytrzymywania drenu w czasie zgrzewania jest realizowana przez zespół elektrod zgrzewających?

**Odpowiedz na pytanie nr 30:**

Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie gdzie funkcja przytrzymywania drenu w czasie zgrzewania jest realizowana przez zespół elektrod zgrzewających.

Arkusze asortymentowo-cenowy w zakresie pakietu nr 1, pakietu nr 2, pakietu nr 4 oraz pakietu nr 6 po zmianie SWZ stanowią załączniki do pisma.

**Dotyczy Umowy****Pytanie nr 31:**

§ 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści § 3 ust 2; 3; 7 ponieważ wspomniane treści zdają się odnosić do sukcesywnych zamówień produktów jednorazowych zamiast urządzeń.

**Odpowiedz na pytanie nr 31:**

**Zamawiający usunie z treści umowy w § 3 postanowienia ust. 2, 3 i 7.**

**Pytanie nr 32:**

§ 6: Czy Zamawiający może wykreślić bądź zmienić zapis w § 6 ust. 3 pkt. a i c, które nie mają zastosowania w przypadku dostawy urządzeń?

**Odpowiedz na pytanie nr 32:**

**Zamawiający w § 6 w ust. 3 lit. a i c proponuje nadać brzmienie:**

- „a) dostarczenia towaru złej jakości, w tym uszkodzonego,
- c) dostarczenia towaru w uszkodzonych opakowaniach fabrycznych.”

**Pytanie nr 33:**

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić w § 6 ust. 2 z uwagi na fakt iż czynności serwisowe zostały opisane w § 8.

**Odpowiedz na pytanie nr 33:**

Nie. Postanowienia ust. 2 w § 6 odnoszą się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonych towarach. Przepis § 6 ust. 2 nie odnosi się do kwestii serwisowych, o których mowa w § 8, tym samym nie może on zostać usunięty.

**Pytanie nr 34:****Punkt VII SWZ**

Czy Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złoży niekompletne przedmiotowe środki dowodowe (stosownie do przepisu art. 107 ust. 2 PZP)?

**Odpowiedz na pytanie nr 34:**

TAK. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

**Pytanie nr 35:**

**§ 2 ust. 2 lit. a) projektu umowy**

Wnosimy o wyjaśnienie, o jakim rozdzielniku, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, jest mowa w tym postanowieniu. Zgodnie z 2 ust. 9 i § 15 ust. 1 projektu umowy załącznik nr 2 do umowy to wydruk z portalu podatkowego.

**Odpowiedz na pytanie nr 35:**

Zamawiający w § 2 w ust. 2 lit. a nada brzmienie: „a) dostawy przedmiotu zamówienia zostaną zrealizowane najpóźniej w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z miejscami dostawy określonymi w załączniku nr 1 do umowy,”

**Pytanie nr 36:**

**§ 8 ust. 2 projektu umowy**

Wnosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć sformułowanie „nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego”. Czy Zamawiający może przesunąć termin wykonania wskazanych tam czynności (instalacja, uruchomienie i szkolenie) na późniejszy termin niż w ciągu 7 dni od dostawy?

**Odpowiedz na pytanie nr 36:**

Zamawiający dopuszcza możliwość instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania urządzenia, jednakże czynności te muszą zostać przeprowadzone nie później niż w terminie 7 dni od dostawy. Tym samym **Zamawiający nie dopuszcza dokonania tych czynność w terminie dłuższym niż 7 dni od dostawy.**

**Pytanie nr 37:**

**§ 2 ust. 2 lit. b) w związku z § 8 ust. 2 projektu**

Wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Zamawiający przesunie termin instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu na późniejszy termin niż 7 dni od dostawy, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia po dostarczeniu urządzeń.

**Odpowiedz na pytanie nr 37:**

NIE. **Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje** możliwość dokonania instalacji, uruchomienia i bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania urządzenia **w terminie dłuższym niż 7 dni od dostawy.**

**Pytanie nr 38:**

**§ 3 ust. 2, 3 i 7 projektu umowy**

Wnosimy o skreślenie tych postanowień – przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa urządzeń, a nie sukcesywna dostawa zestawów czy innych wyrobów zużywalnych do urządzeń. Wskazane postanowienia są zatem bezprzedmiotowe.

**Odpowiedz na pytanie nr 38:**

Zamawiający usunie z treści umowy w § 3 postanowienia ust. 2, 3 i 7

**Pytanie nr 39:**

**§ 3 ust. 5 lit. f) projektu umowy**

Wnosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie wykonawcy obejmuje koszty wyłącznie tych napraw i części zamiennych, które są objęte gwarancją.

**Odpowiedz na pytanie nr 39:**

TAK. Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty przeglądów, wymaganych konserwacji, napraw oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji.

**Pytanie nr 40:**

**§ 5 ust. 1 pkt 1) i 4) projektu umowy**

Wnosimy o wyrażenie zgody na dodanie postanowienia, zgodnie z którym w przypadkach wskazanych w tych postanowieniach projektu umowy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego wykonawcy na usunięcie naruszeń.

**Odpowiedz na pytanie nr 40:**

Zamawiający proponuje w § 5 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: „1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami po bezskutecznym upływie 3 dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń w wykonywaniu umowy,”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę teść § 5 ust. 1 pkt 4

**Pytanie nr 41:**

**§ 4 ust. 1 lit. d) projektu umowy**

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za zwłokę w naprawie za dni, w których wykonawca zapewni urządzenie zastępcze, w szczególności zgodnie z § 8 ust. 10 projektu umowy.

**Odpowiedz na pytanie nr 41:**

Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kar umownych za zwłokę w naprawie za dni, w których wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. Natomiast kary umowne będą naliczane, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni nie usunie awarii urządzenia i nie zapewni urządzenia zastępczego, gdy ta naprawa będzie trwała dłużej niż 7 dni.

**Pytanie nr 42:**

**§ 6 ust. 2 projektu umowy**



Wnosimy o wyrażenie zgody, by termin na rozpatrzenie reklamacji był liczony w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**Odpowiedz na pytanie nr 42:**

NIE. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia został skalkulowany i dostosowany do specyfiki zadań realizowanych przez WCKiK SP ZOZ wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie oraz zadań statutowych Centrum.

**Pytanie nr 43:**

**§ 6 ust. 2 projektu umowy**

Wnosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji jakościowej z 48 godzin do 20 dni roboczych. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga udziału producenta urządzenia; z tego powodu termin 48-godzinny jest niemożliwy do dotrzymania.

**Odpowiedz na pytanie nr 43:**

NIE. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia został skalkulowany i dostosowany do specyfiki zadań realizowanych przez WCKiK SP ZOZ wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie oraz zadań statutowych Centrum.

**Pytanie nr 44:**

**§ 8 ust. 1 i ust. 10 projektu umowy w zakresie pakietu nr 2 (zgrzewarka do drenów)**

Wnosimy o wyrażenie zgody na serwis urządzenia i naprawy poza Polską. Naprawy oferowanego przez nas urządzenia wykonywane są w centralnym serwisie w Belgii. Natomiast polska spółka dokonuje wstępnej diagnozy i organizuje naprawę, w tym wysyłkę urządzeń do Belgii.

**Odpowiedz na pytanie nr 44:**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na to by przeglądy urządzenia odbywały się w serwisie producenta w Belgii jednakże Wykonawca obowiązany jest w takiej sytuacji wyznaczyć swojego pracownika do kontaktu z Zamawiającym władającego językiem polskim, który zostanie uwzględniony jako osoba do realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 45:**

**§ 8 ust. 10 projektu umowy, pkt. 23 opisu Pakietu 3 zał. nr 2/3 oraz pkt.: 28 i 29 opisu Pakietu nr 2 zał. nr 2/2**

Wnosimy o wyrażenie zgody, by czas naprawy był liczony w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**Odpowiedz na pytanie nr 45:**

NIE. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia został skalkulowany i dostosowany do specyfiki zadań realizowanych przez WCKiK SP ZOZ wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie oraz zadań statutowych Centrum.

**Pytanie nr 46:****§ 8 ust. 5 projektu umowy**

Wnosimy o potwierdzenie, że gwarancja obejmuje wady wynikające z przyczyn tkwiących w urządzeniu oraz jego instalacji i uruchomieniu przez wykonawcę, a w szczególności nie obejmuje wad wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w tym wskutek używania urządzenia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel).

**Odpowiedz na pytanie nr 46:**

TAK. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w tym wskutek używania urządzenia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel).

**Pytanie nr 47:****§ 8 projektu umowy**

Wnosimy o dodanie postanowienia o treści: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli:

- Zamawiający nie udostępni Wykonawcy urządzenia w celu wykonania w terminie przeglądów okresowych zalecanych przez producenta urządzenia przypadających w okresie gwarancji lub
- Zamawiający zleci naprawę urządzenia podmiotowi trzeciemu”.

**Odpowiedz na pytanie nr 47:**

Zamawiający w § 8 po ust. 10 doda ust. 11 w brzmieniu:

„11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli:

- 1) Zamawiający nie udostępni Wykonawcy urządzenia w celu wykonania w terminie przeglądów okresowych zalecanych przez producenta urządzenia przypadających w okresie gwarancji lub
- 2) Zamawiający zleci naprawę urządzenia podmiotowi trzeciemu.”.

**Pytanie nr 48:****§ 8 projektu umowy**

Wnosimy o dodanie postanowienia o treści: „Wykonawca jest uprawniony, wedle swego wyboru, do wymiany, na swój koszt, urządzenia na inne wolne od wad, w szczególności jeżeli naprawa urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów (np. koszt naprawy będzie wyższy niż połowa wartości urządzenia)”.

**Odpowiedz na pytanie nr 48:**

Zamawiający w § 8 po dodanym ust. 11 doda ust. 12 w brzmieniu:

„12. Wykonawca może wymienić, na swój koszt urządzenie na inne, o parametrach nie gorszych niż urządzenie posiadane przez Zamawiającego, wolne od wad, w szczególności jeżeli naprawa urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub wymagać będzie poniesienia

przez Wykonawcę ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów (np. koszt naprawy będzie wyższy niż połowa wartości urządzenia).”.

**Pytanie nr 49:**

**§ 8 ust. 9 projektu umowy**

Wnosimy o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu oznacza czas na przystąpienie do zdiagnozowania przyczyny awarii (w tym zdalnego).

**Odpowiedz na pytanie nr 49:**

Zamawiający potwierdza, że określony w § 8 ust. 9 czas reakcji serwisu oznacza czas na przystąpienie do zdiagnozowania przyczyny awarii (w tym diagnozy zdalnej).

**Pytanie nr 50:**

**§ 12 ust. 2 projektu umowy**

Wnosimy o udostępnienie klauzul informacyjnej Zamawiającego, którą Wykonawca ma przekazać osobom fizycznym zaangażowanym w realizację zamówienia

**Odpowiedz na pytanie nr 50:**

Klauzula informacyjna została zamieszczona w rozdziale XXI SWZ

**Pytanie nr 51:**

**Rozdział X SWZ punkty 4 i 5 w części „Dokumenty składane z ofertą” oraz punkt 2 podpunkt 8**

Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający nie wymaga przedłożenia oświadczenia tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 na formularzu JEDZ, oraz podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawcy wskazanych w rozdziale X SWZ.

**Odpowiedz na pytanie nr 51:**

TAK. Zamawiający potwierdza, że jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy Zamawiający nie wymaga przedłożenia oświadczenia tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 na formularzu JEDZ, oraz podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawcy wskazanych w rozdziale X SWZ.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.05.2021r. do godz.09:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021r. o godz. 9:30**

**W imieniu Zamawiającego**