



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 03.01.2023 r.

dotyczy: **PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 23, poz. 1-2

1. Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali na tłoku?

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE SWZ

2. Czy Zamawiający wymaga dodatkowej skali na tłoku?

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE SWZ

Pakiet 23, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z wymienionymi pompami.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POZOSTAŁE SWZ

Pakiet 23, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawki z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu należy używać danej strzykawki. Dla łatwiejszej identyfikacji na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki również znajduje się wskazanie jakiego ustawienia pompy należy użyć.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POZOSTAŁE SWZ