



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 9

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 4652 /23

Data: 22.11.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę środków dezynfekcyjnych i akcesoriów do procesu dekontaminacji na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 4208/2023.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 4, poz. 1

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowanie preparatu posiadającego co najmniej trzy enzymy z różnych klas.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (Candia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S (B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE nr 3 – dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci pianki wyłącznie do zwilżania zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych posiadający wyłącznie właściwości myjące w op. 1L ze spryskiwaczem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 – dot. Pakietu 13

Czy zamawiający dopuści preparat w op. 400ml z przeliczeniem ilości op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE nr 5 – dot. Pakietu 24

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu *Preparat z potwierdzoną badaniami aktywnością powyżej 24 godzin po zastosowaniu* przy wymogu posiadania skuteczności bójczej do 5 minut oraz wskazanie na podstawie jakich badań i dokumentów zamawiający zamierza weryfikować ten wymóg lub odstąpienie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 22.11.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu 24.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

