



UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Dębowa 1a, 80-204 Gdańsk

tel. 58 727 05 85

e-mail:biuroucs@gumed.edu.pl

www.ucs.gumed.edu.pl

(1)

Gdańsk, dnia 19.07.2024 r.

Nr postępowania: 2/2024 materiały stomatologiczne

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych w 12 pakietach dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed Sp. z o. o.**

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o., jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Dot. Pakietu 9

Pytanie 1: poz. 13, 14 - Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie rodzaju i długości igły.

Odpowiedz: Symbol DS. 15 określa długość i rodzaj igły.

Pytanie 2: poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści – tak jak w poprzednim postępowaniu z 2022 r, - igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła 15-16 mm?

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3: poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści – tak jak w poprzednim postępowaniu z 2022 r, - igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła 12 mm?

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu 3

Pytanie 4: dotyczy pozycji 1-8:

a) Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych z folii 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie 3.

b) Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie 3.

c) Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm²?

Odpowiedz: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie 3.

d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 Rękaw papierowo - foliowy 5- 5,5 x 200 do sterylizacji parą wodną, wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcie i przebicie, bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, bez zakładki, z testem skuteczności sterylizacji w odległości nie większej niż 8,2 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie 3.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Dębowa 1a, 80-204 Gdańsk

tel. 58 727 05 85

e-mail: biuroucs@gumed.edu.pl

www.ucs.gumed.edu.pl

Dot. Pakietu 7

Pytanie 5: poz. 3 - Czy Zamawiający ma na myśli testy klasy IV w postaci pasków podzielnych na dwa osobne testy? Czy jeśli Zamawiający ma na myśli testy klasy IV dopuści do zaoferowania opakowanie po 250 podwójnych pasków co daje 500 sztuk pojedynczych testów w opakowaniu przy odpowiednim przeliczeniu ilości? Czy jeśli Zamawiający ma na myśli testy klasy V dopuści do zaoferowania testy samoprzylepne, pojedyncze pakowane po 250 sztuk w opakowaniu przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Test chemiczne do sterylizacji parowej pasek testy klasy V pakowane po 200 szt. podwójnych.

Dotyczy zapisów SWZ

Pytanie 6: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji?

Odpowiedz: Zamawiający nie stawia takiego warunku Wykonawcy.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Odpowiedz: Zamawiający nie stawia takiego warunku Wykonawcy.

*Prezes Zarządu
Mirostawa Pellowska-Piontek*