

L.dz.90-0902/2650/AO/2019

Olsztyn dn. 05.12.2019r.

Nr postępowania: 497/2019/PN/DZP

*Do wiadomości*

*wszystkich uczestników*

*postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Konsorcjum badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI \_7

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

#### Część nr 18

##### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści obiektyw o pow. 20x-2000x, z głowicami 20x-200x oraz 200x-2000x, jasne ciemne pole, polaryzacja w pełnym zakresie powiększeń, manualna zmiana powiększenia za pomocą pokrętła zintegrowanego z obiektywem z czujnikiem automatycznego wykrywania powiększeń?

##### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem:

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Anna Opalach