

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 17/P/2020

Nazwa zadania: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 7 części.****Wykonawca w niniejszym postępowaniu zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:**

1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania pragniemy zadać następujące pytania do SIWZ, 1. (str. 6 siwz) Pkt. V. 1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 7 Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie, jedynie dla części 6 wymaga dwóch podobnych dostaw o wartości nie mniejszej niż 40 000,-PLN. Prosimy o wyjaśnienie, czym podyktowany jest taki wymóg akurat dotyczący tylko tego jednego asortymentu? Czy pozostałe nie zasługują na dokumentowanie zdolności technicznej lub zawodowej? Wnosimy o odstąpienie od tego wymogu i potraktowanie tej części jak pozostałych.
2. Załącznik A, Część nr 6, Tabela Wymagania (inne niż techniczne) dla zamawianego urządzenia laboratoryjnego: L.P. 7, 8, 9 : To jest wymagane: Instalacja i uruchomienie, szkolenie personelu, kwalifikacja instalacyjna i operacyjna. Ze względu na prostotę konstrukcji i obsługi urządzenia wnosimy o odstąpienie od punktów 7,8,9. Urządzenie składa się z celi i zasilacza, na zasilaczu Operator ustawia zgodnie z posiadaną swoją aplikacją napięcie i natężenie prądu, umieszcza w celi przygotowany przez siebie roztwór – i włącza urządzenie. Dostawca nie ma wpływu na stosowane przez Operatora nastawy, doczynniki, procedury. Zatem nie może być mowy o żadnej kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej. Wnosimy zatem o usunięcie tych punktów z Załącznika A, Część nr 6, Tabela Wymagania (inne niż techniczne).


**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający podtrzymuje warunek określony w pkt. V. 1.3 SIWZ dla części 6. Jednocześnie informuje, że każda część niniejszego postępowania stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że w poz. l.p. 6 Załącznik A, Część nr 6, Tabela Wymagania (inne niż techniczne) dla zamawianego urządzenia laboratoryjnego, nie może odstąpić od wymogu instalacji i uruchomienia urządzenia wliczonego w cenę. Zamawiający wymaga potwierdzenia poprawności działania urządzenia poprzez wykazanie testu szczelności uzyskania wymaganego zakresu napięcia, przeprowadzenia przykładowego procesu elektrodepozycji z wykorzystaniem niepromieniotwórczego roztworu elektrolitu nr soli Cu

lub Ni. W poz. l.p. 7 Załącznik A, Część nr 6, Tabela Wymagania (inne niż techniczne) dla zamawianego urządzenia laboratoryjnego Zamawiający nie może odstąpić od wymogu szkolenia personelu wliczonego w cenę. Zamawiający oczekuje, że w trakcie wykazania poprawności działania urządzenia przez dostawcę zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Z kolei w poz. l.p. 8 Załącznik A, Część nr 6, Tabela Wymagania (inne niż techniczne) Zamawiający może odstąpić od wymogu wykonania kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej ze względu na prostotę urządzenia. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że potwierdzenie poprawności działania urządzenia jest niczym innym jak kwalifikacją operacyjną.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie stanowią istotnych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu, miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

p.o. Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych i Umów  
Ośrodek Radioizotopów OR POLATOM  
  
mgr Katarzyna Domarowska .....

Kierownik Zamawiającego