

Bielsko-Biała dn. 06.04.2023 r.

DZP.271.11.2023 - 35

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.11.2023**

*Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :*

Zgodnie z Art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia**

**Pytanie do pakietu 2**

Prosimy o wydzielenie z pakietu 2 poz. 1 Zamknięty system z przetwornikiem jednorazowym do inwazyjnego monitorowania ciśnienia hemodynamicznego. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert.

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie do pakietu 2 poz.1**

Czy zamawiający wymaga:

Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz - zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza.

Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również powyżej opisany asortyment, pod warunkiem że spełni on pozostałe zapisy SWZ.

**Pytanie do pakietu 35 poz. 17**

Prosimy o wyodrębnienie z pakietu 35 poz. 17 Wapno sodowane. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**Pytanie do pakietu 35 poz. 17**

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH nie przekraczającej 3%, \*` ,3%?  
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wapna medycznego dopuszczonego do obrotu na rynku polskim oraz UE. Zgodnie z zapisami karty charakterystyki.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymergen

