

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.22.2023

Łódź, 15.09.2023r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest „**Dostawa zestawu do pomiarów mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi**”

Szanowni Państwo,
Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający stawia wymagania precyzujące parametry dokładności i czułości aparatury do pomiaru mocy dawki (np. czułość, uchyb pomiarowy, fluktuacje statystyczne)?"

Odpowiedź: Zamawiający stawia wymagania precyzujące parametry dokładności i czułości aparatury do pomiaru mocy dawki i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 do SWZ.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ Załącznikiem nr 2 do SWZ-ZMIANA

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 15.09.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Załącznik:

Załącznik nr 2 do SWZ-ZMIANA

W dniu 15.09.2023r zatwierdził:
Łódzki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Małgorzata Widawska
Dyrektor
WSSE w Łodzi