



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 07.04.2023r.

EZP 137/2023

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu M-4/2023 na dostawę opakowań medycznych i wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

W odpowiedzi na pytania zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań:

Pytanie nr.1

Pytania dot. treści SWZ i projektu umowy:

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał:

„1) Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w następujący sposób:

Jest:

1) Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 poz. 876).

Winno być:

1) Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).

Pytanie nr.2

Pytanie dot. treści SWZ, pkt. 6a) dot. pełnomocnictwa:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli będzie dotyczyć pełnomocnictwa w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Pytanie nr.3

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

poz. 11 pakietu 3: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca zaoferuje rękawy o szerokości 360 mm, tj. szersze o 10mm. Niewielka różnica w rozmiarach "na plus" nie wpływa negatywnie na właściwości użytkowe opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

4





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr.4

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

poz. 13 pakietu 3: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca zaoferuje torebki o wymiarach 210 x 350mm. Niewielka różnica w rozmiarach "na plus" nie wpływa negatywnie na właściwości użytkowe opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.


Pytanie nr.5

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

poz. 14 pakietu 3: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca zaoferuje torebki o wymiarach 210 x 400 mm. Niewielka różnica w rozmiarach "na plus" nie wpływa negatywnie na właściwości użytkowe opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



KIEROWNIA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Serapowicz