



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 47

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1739 / 2904 / 24

Data: 22.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 144 poz. 1-4, Pakietu 146 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby napis oznaczający rozmiar rękawicy miał postać tłoczenia na mankiecie rękawicy,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby napis oznaczający rozmiar rękawicy miał postać tłoczenia na mankiecie rękawicy, ale nie wymaga konkretnej metody umieszczenia znaku na mankiecie. Zamawiający wymaga, aby na mankiecie umieszczony był napis oznaczający rozmiar rękawicy i pozostawia Wykonawcom dowolność co do tego jaką metodą znak ten zostanie umieszczony.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 144 poz. 1- Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie rękawic o długości min. 283 mm, grubości na palcu min. 0,19 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 144 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie rękawic o długości min. 282 mm, grubości na palcu min. 0,19 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 144 poz. 3 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o zaferowanie zgody na zaferowanie rękawic dostępnych w rozmiarach : S-6.5, M-7.5, L-8.5

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 144 poz. 4 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,19 mm., pozostałe parametry zgodnie z opisem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 146 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o długości min. 282 mm dla obu par., pozostałe parametry zgodnie z opisem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 147 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 149 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,19 , pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

