



L.dz. SK/566Z/DPUB/05/2021

Warszawa, dnia 04.08.2021 r.

**Wyjaśnienia i Modyfikacja
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę aparatury medycznej” nr 07/07/21.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

PAKIET 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające akumulator litowo-jonowy o pojemności 1700mAh zamiast 1750mAh i przewidywalnej ilości 1000 badań na jednym cyklu ładowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku Wykonawców oferujących produkt o dopuszczonych parametrach, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać opis zaoferowanego produktu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada uchwytu na sondę na samym urządzeniu? Urządzenie posiada natomiast możliwość przymocowania sondy do korpusu w inny sposób - dedykowany klips na przewodzie sondy. Mocowanie takie minimalizuje szansę uszkodzenia sondy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez stacji dokującej z ładowaniem? Urządzenie nasze posiada bezpośrednio podpinany zasilacz do portu micro USB w korpusie, co pozwala na wyeliminowanie podatnego na uszkodzenia podczas wielokrotnego gniazda stacji dokującej. Specyfikacja przedstawiona przez Państwa dotyczy urządzenia bliźniaczego w stosunku do tego, które posiadamy w ofercie (Oto-read vs Ero Scan). Różnice tkwią tylko w aspektach, których dotyczą powyższe pytania oraz kształtu obudowy. Specyfikacja odnosi się tylko do jednego, konkretnego modelu na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 3

Pytanie 4 – pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe o łącznej masie 1,8 kg ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na pracę z urządzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 5 – pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe o nieznacznie większych wymiarach 233.5 x 99 x 120 mm ? Wymagane przez Zamawiającego wymiary znacznie ograniczają konkurencję na rzecz tylko jednego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 – pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z zasilaniem bateryjnym i pracą min 9h przy prędkości podaży 25 ml/h ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na pracę z urządzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 – pkt 7/8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub stacji dokującej przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 – pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z wbudowanym interfejsem na podczerwień IrDA oraz USB typ C do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami? USB typu C jest najnowszym rozwiązaniem technologicznym i znacznie bardziej przyszłościowym niż RS232.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku Wykonawców oferujących produkt o dopuszczonych parametrach, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać opis zaoferowanego produktu.

Pytanie 9 – pkt 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe wyłącznie z ogólnym alarmem niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń lub jego braku ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

ZATWIERDZIŁ
Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO -FINANSOWYCH
MGR ANASTAZHJA WIĘCKIEWICZ