

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 12.03.2024 r.

L.dz.SZP/ZP/874/2024

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do tomografii komputerowej (postępowanie nr 3/2024)

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, w związku ze zmianą producenta, dopuści oryginalny „przewód zwijany niskociśnieniowy połączeniowy dł. 150cm” ?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający ze względu na warunki utrzymania gwarancji Optivantage, ma na myśli, aby oferowane wkłady były oryginalne, w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu?

Odpowiedź: Oferowane wkłady muszą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz być w pełni kompatybilne ze wskazanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu.