



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/51/2024

Przasnysz, 09.12.2024 r.

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SWZ**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1**

**§ 5 ust.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 5 ust. 1 wzoru umowy na 2% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1?" Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.**

*Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.*

**Pyt. 2**

**W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."**

*Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.*

**Pyt. 3**

**§ 8 ust.3:**

**Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 8ust. 3 umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:**

- 1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%, a nie 10%,**
- 2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 5%,**
- 3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy.**

*Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.*

Pyt. 4

Pakiet 1, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.*

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.*

Pyt. 6

Pakiet 1

Poz. 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 17 nitkowych 12 warstwowych 10cm x 20cm x 100 szt, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Pyt. 7

Pakiet 1

Poz. 22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów, w którego skład wchodzi nożyczki metalowe ostro/ostre o rozmiarze 11,4 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Pyt. 8

Pakiet 1

Poz. 25 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego, w którym znajduje się żel poślizgowy w saszetce 2,7ml? Pozostałe parametry bez zmian.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Pyt. 9

Pakiet 1

Poz. 35 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do nakłucia łądzwiowego/ znieczulenia, w którym w składzie jedna z igiel ma rozmiar 0,7 x 32mm? Pozostałe parametry bez zmian.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Pyt. 10

Pakiet 1

Poz. 23 - 26; 35 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów spełniających definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych? Zestawy zabiegowe - zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z

późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykulem 2 ust. 37.

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 11**

**Pakiet 1**

**Poz. 30; 34; 36 - 37 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zawierających w swoim składzie: serwety na stolik Mayo o następujących parametrach: Serweta na stolik Mayo w formie rękawa składanego teleskopowo o gramaturze całkowitej minimum 87 g/m<sup>2</sup> i chłonności całkowitej około 160 ml/m<sup>2</sup>, na całej długości rękawa wzmocnienie z włókniny polipropylenowej (wymiary wzmocnienia 60 cm x 145cm) przymocowane całą powierzchnią, wymiary całkowite 80 x 145 cm oraz odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 200 H<sub>2</sub>O i odporności na rozrywanie na sucho w strefie wzmocnionej min. 190 kPa i rozrywanie na mokro w strefie wzmocnionej min. 189 kPa, chłonność włókniny w strefie wzmocnionej ok. 160 ml/m<sup>2</sup>?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 12**

**Pakiet 1**

**Poz. 30; 34; 36 - 37 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zawierających w swoim składzie: serwety na stół narzędziowy o następujących parametrach: serweta wykonana z 2-warstwowego laminatu złożonego z włókniny polipropylenowej i folii PE (wymiary całkowite 150 x 190 cm, wymiary wzmocnienia 75cm x 190cm), o gramaturze całkowitej min. 80 g/m<sup>2</sup> oraz odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 220 H<sub>2</sub>O i odporności na rozrywanie na sucho w strefie wzmocnionej min. 155 kPa i odporności na rozrywanie na mokro w strefie wzmocnionej 167 kPa, chłonność włókniny w strefie wzmocnionej ok. 190 ml/m<sup>2</sup>?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 13**

**Pakiet 1**

**Poz. 32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic do mycia chorych sklasyfikowanych jako wybór higieniczny i związku z tym opodatkowanych stawką podatku VAT 23%.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 14**

**Pakiet II:**

**Poz. 5, 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z włókien alginianów wapnia i alginianu sodu?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 15**

**Pakiet III:**

**Poz. 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej igły kulkowej o średnicy wewnętrznej 0,85mm i średnicy zewnętrznej 1,25mm, pozostałe parametry spełnione.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 15**

**Pakiet III:**

**Poz. 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę 800 ml ze środkiem żelującym i filtrem niwelującym zapach wydzieliny, połączonych połączonych z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 16**

**Zapisy SWZ. Rozdział IV (Opis przedmiotu zamówienia).**

**Punkt 2. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:**

**Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych sklasyfikowanych w klasie min. I reguła 4 - *Pakiet 1 pozycje 15-18* zgodnie z zapisami formularza cenowego.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 17**

**Pakiety 1 – 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów włókninowych, serwet, pakietów operacyjnych sterylizowanych tlenkiem etylenu lub radiacyjnie.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

Z poważaniem

  
D Y S P O S Y T O R  
S E R W I S U J E C I E W S P O Z Y W A N I E  
mgr Zbigniew Makowski

Sporządziła:  
Magdalena Krzykowska  
st. insp. ds. zamówień publicznych  
i eksploatacji sprzętu  
tel. 29 75 34 405