

Łódź, dnia 20.07.2021 roku

Dotyczy: postępowania nr 16/ZP/2021 na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Pytania oraz wyjaśnienia treści SWZ.

Złożono w postępowaniu następujące pytania.

Do części 1

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wysokości 870 mm?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ (Arkusze Asortymentowo - Cenowy) dotyczącym części 1.

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem temperatury do 60°C?

Wyjaśnienia do pytania 2.

Tak. Proponowany zakres temperatury mieści się w oczekiwanym zakresie, maksymalnie do 75°C zawartym w treści Załącznika nr 1 do SWZ (Arkusze Asortymentowo - Cenowy) dotyczącym części 1.

3. Czy Zamawiający wymaga inkubatora z chłodzeniem, czyli utrzymujący temperaturę 5°C, czy może chodziło o inkubator z zakresem temperatur od +5°C pow. temp. otoczenia ?

Wyjaśnienia do pytania 3.

Zamawiający wymaga inkubatora utrzymującego minimalną temperaturę 5°C.

Do części 8

1. Czy Zamawiający dopuści autoklaw posiadający maksymalną temperaturę sterylizacji 121°C?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ (Arkusz Asortymentowo - Cenowy) dotyczącym części 8.

2. Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach zewnętrznych (wysokość x szerokość) 420x340 mm?

Wyjaśnienia do pytania 2.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ (Arkusz Asortymentowo - Cenowy) dotyczącym części 8.

3. Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 6 kg?

Wyjaśnienia do pytania 3.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ (Arkusz Asortymentowo - Cenowy) dotyczącym części 8.

4. Czy Zamawiający dopuści autoklaw o mocy 1250 W?

Wyjaśnienia do pytania 4.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ (Arkusz Asortymentowo - Cenowy) dotyczącym części 8.

Do projektu umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad z 1 do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia?

Wyjaśnienia do pytania 1.

Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ (Projekt umowy).

Podpisano elektronicznie

mgr Sebastian Rudziński

Kierownik

Działu Zakupów UŁ