

Ldz. *1197*/2020

Olsztyn, dnia 15.07.2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

*Dotyczy: postępowania nr 151/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej w ramach projektu pt. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.*

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1.** Część 2 . Zestaw endoskopowy z obrazowaniem w wąskim paśmie światła

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zestawie endoskopowym videogastroskop rutynowy o parametrach nie gorszych niż:

- Kąt obserwacji min 140°
- Głębina ostrości min 2-100 mm
- Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm
- Długość robocza min 1100 mm
- Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 9,3 mm
- Średnica kanału roboczego: min 2,7 mm
- Kąt zagięcia końcówki endoskopu:
  - w górę. 210°,
  - w dół 90°,
  - w lewo 100°,
  - w prawo 100°?

**Odpowiedź:**

Tak

Z poważaniem

p.o. KANCLERZA  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Góźdz

Odpowiedzi udzielił: dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM  
Sporządziła: Barbara Drozd

**SPEJALISTA**  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Drozd