



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 17.03.2021

Znak sprawy: TZ.252.1.9.2021

l.dz. WPR/1527/03/2021/W

Uczestnicy postępowania
nr WPR/AZ/252/ZP/5/2021

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Katowicach. Znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/5/2021.

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zad. 7 Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji nr 3 i stworzy z niej oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści: Kaniuła dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki antyzwrotnej, z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami, koreczek w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów, z przezroczystą komorą kontrolną, potwierdzającą prawidłowość wkłucia, z 3wtopionymi paskami rtg, rozmiary: 24G 0,7x 19 mm przepływ 29ml/min, 22G 0,9 x 25mm –przepływ 42ml/min, 20G 1,0 x 32 mm –przepływ 59ml/min, 18G 1,3 x 45mm –przepływ 96ml/min, 16G 1,75 x 45–przepływ 225ml/min, 14G 2, x 45 mm –. przepływ 290ml/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga, aby port boczny umieszczony był centralnie nad krzydełkami, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu? Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych firmy Delta Med., stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Projekt umowy – par. 5 ust. 3

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że minimalna wartość zamówienia została wskazana w § 5 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ (projekt umowy) i została ustalony na poziomie 50% kwoty, o której mowa w §3 ust. 1 projektu umowy, tj. 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

Pytanie nr 5

Projekt umowy – par. 5 ust. 3

Prosimy o podanie ilości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednie ceny sprzedaży.

Odpowiedź:

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, jak również konieczność zaopatrzenia poszczególnych stacji, Zamawiający nie określa ilości dostaw w miesiącu, gdyż nie sposób dokładnie zaplanować realnego zapotrzebowania i zużycia.

Pytanie nr 6

Projekt umowy – par. 7 ust. 2.3)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2.3) projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty wynagrodzenia umownego brutto o której mowa w par. 3 ust. 1 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współzycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Wysokość ewentualnej kary umownej została oszacowana z należytą starannością i w żadnym wypadku nie narusza art. 353¹ k.c. Celem zastrzeżenia kary jest jej funkcja odszkodowawcza, gdyż co do zasady kara jest surogatem odszkodowania należnego z tytułu szkody spowodowanej naruszeniem zobowiązania niepieniężnego, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu. Zatem określenie kary na poziomie przewidzianym w projekcie umowy nie narusza przepisów, w szczególności zasady swobody umów i jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w obrocie handlowym (również w odniesieniu do ustalonej wysokości kary). Co więcej każda stacja musi mieć zapewniony dostęp do sprzętu jednorazowego użytku, co w połączeniu z tym, że nie można też zaplanować i przewidzieć realnego zapotrzebowania i zużycia, wymaga zastosowania instrumentów umownych, które będą zmierzały do jak najpełniejszego tj. terminowego realizowania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 8, pozycja 20 – 21

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami bez przewodnicy o przekroju jak poniżej:

- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 - 21 z Zadania nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 1, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę z żelam półpłynnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 1, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę bez języczka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 1, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36 x 42 mm, z żelam półpłynnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - Zadanie nr 1, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę z żelam stałym i podłożem papierowym?

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 1, pozycja nr 6, 7

Czy zamawiający wyłączy pozycje nr 6 oraz 7 z zadania nr 1?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 4, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z uformowanym podbródkiem, pokrytym pianką dopasowującą się do kształtu twarzy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 - Zadanie nr 5, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych tylko w rozmiarach zawartych w poniższej tabeli?

Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej	Długość
6Fr	2.0mm	2.5 - 3.5	275 mm
10Fr	3.3mm	4.0 - 5.5	340 mm
14Fr	4.7mm	6.0 - 10.0	340 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 - Zadanie nr 5, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z średnicą mankietu zapisaną na rurce i opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16 - Zadanie nr 5, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku z możliwością intubacji, bezłatkową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiety stanowiące dwa osobne elementy połączone ze sobą z wyczuwalnym łączeniem, wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący górny zwieracz przetyku, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem. Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiety, umieszczone na rurce, znaczniki prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczone na rurce. Rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 - Zadanie nr 6, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu w rozmiarach 0, 1, 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl





Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Pytanie nr 18 – Zadanie nr 9


Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta wg poniższej specyfikacji:

Zestaw do konikotomii chirurgicznej w składzie: *skalpel #10, *prowadnica 14Fr, * rurka tracheostomijna 6.0mmz mankietem i uniwersalnym złączem do podłączenia do resuscytatora, respiratora, * rozciągliwa rurka przedłużająca z złączem kolankowym, *strzykawka 10ml,* tasiemka do fiksacji rurki. Zestaw do prostej konikotomii chirurgicznej zapakowany w kolejności użycia?


Zdjęcia poglądowe zestawu




1. Nakłuć



2. Przekręć



3. Wprowadź



4. Zaintubuj

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

www.wpr.pl



Pytanie nr 19

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje środka transportu. Transport powinien odbywać się zgodnie z zaleceniem producenta danego asortymentu.

Pytanie nr 20

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „*produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych*”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„*Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje środka transportu.

Pytanie nr 21

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, aby towar był dostarczony zgodnie z zamówieniem, bez wad i uszkodzeń.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 23

„*Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.*”

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający informuje, iż nie określał formy transportu w przedmiotowym postępowaniu. Kwestie transportu pozostawia Wykonawcy.

Pytanie nr 24 - Dotyczy zadanie 2 poz. 2-5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z podwójną skalą pomiarową ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 - Dotyczy zadanie 2 poz. 2-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 - Dotyczy zadanie 2 poz. 2-5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 - Dotyczy zadanie 2 poz. 2-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 - Dotyczy zadanie 2 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplową o długości 65mm w części przezroczystej ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 - Dotyczy zadanie 2 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 - Dotyczy zadanie 2 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Pytanie nr 31 - Dotyczy zadanie 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek tlenowych bez zawartości ftalanów ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 - Dotyczy zadanie 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki ustno-gardłowej o rozm. 00-50; 0-60; 1-70; 2-80; 2-90; 3-100; -110, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33 - Dotyczy zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 18G, 1,2x38mm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 - Dotyczy zadanie 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu. Dane techniczne: igła wykonana ze stali nierdzewnej; osłona igły: polipropylen; cewnik wykonany z teflonu FEP; 2 linie RTG; brak lateksu; zastawka antyzwrotna. 24G 0,7x 19 mm przepływ 15 ml/min; 22G 0,9x25 mm przepływ 36ml; 20G 1,1x33 mm przepływ 61 ml/min; 18G 1,3x45mm przepływ 90 ml/min; 16G 1,8x45mm przepływ 200 ml/min; 14G 2,1x45 mm przepływ 300 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 35 – zadanie 9

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 9 Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez, Strzykawkę, Skalpel, Prowadnicę, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 3,5mm dł. 3,8cm lub 4mm dł. 4,2cm lub 6mm dł. 7,5cm. Taśma tracheostomijna.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36 – zadanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty i jej załączników kwalifikowanym podpisem elektronicznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 37 - Zadanie 2 pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające biały kontrastujący tłok?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

www.wpr.pl





Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytanie nr 38 - Zadanie 2 pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 - Zadanie 2 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 - Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę przedłużoną do 2,2ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 41 - Zadanie 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę przedłużoną do 5,5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42 - Zadanie 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę przedłużoną do 11ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43 - Zadanie 2 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę przedłużoną do 22ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 44 - Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców

a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 - Zadanie 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem z rozmiarem rurki i numerem serii na baloniku kontrolnym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46 - Zadanie 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 - Zadanie 7 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie do kaniulacji naczyń dożylnych, obwodowych w celu:

- wielokrotnej iniekcji leków dożylnych
- dożylniej infuzji roztworów oraz żywienia pozajelitowego nadającego się do podania do żył obwodowych
- utrzymania nawodnienia pacjenta i/lub zmniejszenia odwodnienia w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie przyjmować doustnie odpowiedniej ilości płynów
- transfuzji krwi oraz preparatów krwiopochodnych
- zapewnienia dostępu naczyniowego w przypadku konieczności szybkiego podania leków, szczególnie podczas zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych

WŁAŚCIWOŚCI:

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- kaniula wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 26 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR I KOD						
NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPIYW [ml/min]	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KDF-06-19	26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-07-19	24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-09-25	22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-11-32	20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	56	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-13-45	18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	90	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-15-45	17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-17-45	16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDF-20-45	14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305	100 sztuk	10 x 100 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Pytanie nr 48 - Zadanie 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach:

Polecany w sytuacjach niekomfortowych, w przypadkach refluksu żołądkowego wymagających natychmiastowego działania.

Stosowany w szpitalach, ambulatoriach, karetkach pogotowia, samochodach, łodziach itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny
- Pojemność całkowita worka: 2000 ml
- Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem
- Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczeć”
- Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Wyrób klasy I niesterylnej
- Pakowanie: 20 sztuk/folia z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 49 - Zadanie 8 pozycja 7, 8

Czy Zamawiający ma na myśli 5szt czy 5 op.a'100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli 5 sztuk.

Pytanie nr 50 - Zadanie 8 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy posiadający wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml- powyżej 31,2/l H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 51 - Zadanie 8 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy sterylny z łączem prostym 22F/15M-22M/15F, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52 - Zadanie 8 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy posiadający wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - 11,1mg/l

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53 - Zadanie 8 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na nosze w rozmiarze 75x190cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54 - Zadanie 8 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na nosze wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 - Zadanie 8 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na nosze wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 - Zadanie 8 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o poniższym składzie:

1 szt Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

5 szt Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 szt Pojemnik okrągły poj. 120ml

2 szt Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 szt Pęseta plastikowa zielona 13cm

1 szt Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

2 szt Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M

1 szt Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 - Zadanie 8 pozycja 25

Czy Zamawiający pisząc arkusz roboczy ma na myśli serwetkę laminowaną z absorbującą warstwą celulozy na powierzchni i folia PE na stronie tylnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58 - Zadanie 8 pozycja 25

Czy Zamawiający pisząc arkusz wodoodporny ma na myśli serwetę chirurgiczną wykonaną z materiału SMS? Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego materiału serwety.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga serwety wodoodpornej bez wskazywania materiału.

Pytanie nr 59 - Zadanie 8 pozycja 25

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu wymaganych rękawic – materiał o raz rozmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice, nie wskazując materiału.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytanie nr 60 - Zadanie 8 pozycja 25

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu dotyczącego arkusza z wycięciami – prosimy o podanie rozmiaru serwety i wielkości otworu.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował rozmiary dotyczące arkusza z wycięciami w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy (czcionka w kolorze zielonym).

Pytanie nr 61 - Zadanie 8 pozycja 25

Czy Zamawiający ma na myśli pęsetę plastikową o dł.13?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 - Zadanie 8 pozycja 25

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego gazików - ilość, rozmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompresów gazowych sterylnych, bez wskazania rozmiaru.

Pytanie nr 63 - Zadanie 8 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z wodą + gliceryną optiPure zapakowane osobno dołączone do zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 64 - Zadanie 8 pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość na palcu wynosi $0,20 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,16 \pm 0,02$ mm, oznakowane na opakowaniu datą produkcji, datą ważności oraz numerem serii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 65 - Zadanie 8 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 292 mm, z poziomem AQL ≤ 1.5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 66 - Zadanie 8 pozycja 29

Ze względu na ułamkową wartość 1 sztuki rękawicy, prosimy o zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50szt.,

z przeliczeniem zamawianych ilości do 160 opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 67 - Zadanie 8 pozycja 29

Ze względu na ułamkową wartość 1 sztuki rękawicy, prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68 - Dotyczy zadanie nr 1:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1, pozycje nr 6 (Elektrody do stymulacji i defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem MEDUCORE STANDARD PRO dla dzieci, op.2 szt.) i pozycję nr 7 (Elektrody do stymulacji i defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem MEDUCORE STANDARD PRO dla dorosłych, op.2 szt) i utworzy dla powyższych pozycji odrębne zadanie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69 - Dotyczy zadanie nr 4

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 – pozycję nr 1 tj. kołnierze ortopedyczne i utworzy dla tego asortymenty odrębne zadanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70 - Dotyczy zadanie nr 4 – pozycja nr 1 kołnierze ortopedyczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierzy o poniższych parametrach :

Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych :

Necklite™ to nadający się do formowania uniwersalny kołnierz z możliwością dopasowywania do indywidualnego kształtu pacjenta. Wykonany z miękkiego aluminium i pokryty pianką poliuretanową. Te specyficzne cechy konstrukcyjne pozwalają na składanie lub zwijanie kołnierza w celu kompaktowego przechowywania. Umożliwia to wygodny transport w plecakach, zestawach medycznych czy nawet wąskich kieszeniach. Szereg nadających się do formowania małych skrzydełek umieszcza się pod brodą, aby dopasować się do unikalnych cech każdego pacjenta. Po nałożeniu na pacjenta staje się sztywny, a odcinek szyjny kręgosłupa jest mocno unieruchomiony

Specyfikacja techniczna:

Waga [g]: ok 100g

Przeznaczony dla dzieci

Jeden uniwersalny rozmiar;

Automatyczne dopasowanie do szyi pacjenta w zastanej pozycji

Pełna stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa;

Duży otwór umożliwiającym dostęp do przedniej części szyi i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych czy

w razie konieczności zabiegu tracheotomii czy konikopunkcji;

Składany, formowany przed i po aplikacji

Przezierny dla promieni rentgenowskich

www.wpr.pl





Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów znajdujących się w niewygodnych pozycjach
System mocowania paska Velcro®

Bez lateksu

Jednorazowy

Kołnierz ortopedyczny pediatryczny :

Necklite™ to nadający się do formowania uniwersalny kołnierz z możliwością dopasowywania do indywidualnego kształtu pacjenta. Wykonany z miękkiego aluminium i pokryty pianką poliuretanową. Te specyficzne cechy konstrukcyjne pozwalają na składanie lub zwijanie kołnierza w celu kompaktowego przechowywania. Umożliwia to wygodny transport w plecakach, zestawach medycznych czy nawet wąskich kieszeniach. Szereg nadających się do formowania małych skrzydełek umieszcza się pod brodą, aby dopasować się do unikalnych cech każdego pacjenta. Po nałożeniu na pacjenta staje się sztywny, a odcinek szyjny kręgosłupa jest mocno unieruchomiony

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: długość [mm]: 550, szerokość [mm]180, grubość [mm]: 5

Waga [g]: 105

Przeznaczony dla osób dorosłych

Jeden uniwersalny rozmiar;

Możliwość dopasowania do szyi pacjenta w zastanej pozycji

Pełna stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa;

Duży otwór umożliwiającym dostęp do przedniej części szyi i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych czy

w razie konieczności zabiegu tracheotomii czy konikopunkcji;

Składany, formowany przed i po aplikacji

Przezierny dla promieni rentgenowskich

Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów znajdujących się w niewygodnych pozycjach

System mocowania paska Velcro®

Bez lateksu

Jednorazowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71 Dotyczy zadanie nr 7 - pozycja nr 4 - igły doszpikowe

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 4 – pozycję nr 4 tj. igły doszpikowe oraz utworzy dla tego asortymenty odrębne zadanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72 - Dotyczy zadanie nr 7 - pozycja nr 4 - igły doszpikowe

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52

tel: +48 32 609 31 40

fax: +48 32 609 31 54

e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.

03 1500 1445 1214 4003 4001 0000

NIP: 954 22 60 707

REGON: 270151110

KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73 - Dotyczy zadanie nr 73 - pozycja nr 4 - igły doszpikowe

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74- Dotyczy zadanie nr 8 – pozycja 32 i pozycja nr 33

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 8 – pozycję nr 32 (Filtry do ssaka ACUVAC BASIC) i pozycja nr 33 (Filtr wejściowy do respiratora Medumat Standard 2) oraz utworzy dla tego asortymenty odrębne zadanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75 – dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dodania kolumny z numerem katalogowym? Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych, Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny z wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76 – dotyczy par. 7 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Pytanie nr 77 – dotyczy formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów, na które wykonawca składa ofertę?

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić dane w zakresie zadania na które składa ofertę.

Pytanie nr 78 – dotyczy cz. 8 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie numeru strony w ofercie, zgodnie z zapisami SWZ dokumenty nie będą składane w formie papierowej.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał sposób przygotowania oferty w rozdziale II pkt. 11 SWZ.

Pytanie nr 79 – pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga skalowania co 1 ml na całej długości skali włącznie z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 80 – pakiet 2 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 2 ml, 5 ml, 10 ml posiadającej skalę nominalną z tłokiem mlecznym/białym przy zachowaniu parametrów z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 81 – pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 20 ml posiadającej skalę nominalną z mlecznym/białym tłokiem w opakowaniu zbiorczym 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 82 – pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z logiem lub nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym – nieposiadającym logo bezpośrednio na przyrządzie. Logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym również pozwala na identyfikację produktu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83 - Dot. SWZ

Zgodnie z art. 63 ust.2 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w **formie elektronicznej** lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przepis przewiduje więc trzy sposoby złożenia oferty w trybie podstawowym:

- 1) **forma elektroniczna** – czyli zgodnie z art. 78¹ § 1 KC wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**
- 2) **postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym** – czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzonej podpisem, który można wygenerować, korzystając z platformy e-PUAP
- 3) **postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym** – czyli plik w jakimkolwiek akceptowalnym formacie opatrzonej podpisem umieszczanym w e-dowodzie

www.wpr.pl





Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zgodnie z art.63 ust. 2 PZP złożenie oferty wraz z załącznikami opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 84 - Dot. zapisów rozdziału III SWZ punkt 4. 2

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SWZ w rozdziale III zwracamy się z prośbą o zmianę w zakresie terminów realizacji zamówienia częściowego w sposób następujący:

Wykonawca oferuje termin realizacji zamówienia częściowego mieszczący się w przedziale od 2 do 4 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy niż 2 dni lub dłuższy niż 4 dni, nie zadeklaruje terminu, bądź określi go poniżej terminu minimalnego lub maksymalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art.226 ust.1 pkt.5

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może zaoferować 3-dniowy termin realizacji zamówienia częściowego, który to termin mieści się w przedziale wskazanym w propozycji zawartej w pytaniu, a jednocześnie jest zgodny z wymaganiami SWZ.

Pytanie 85 - Dot. wzoru umowy §7 ust. 2.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(...)

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wolnego od wad przedmiotu umowy lub uzupełnienia brakującej ilości po rozpatrzeniu reklamacji w terminie, o którym mowa w §5 ust. 9

– w wysokości 20 zł brutto;”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ.

Wysokość ewentualnej kary umownej została oszacowana z należytą starannością i w żadnym wypadku nie narusza art. 353¹ k.c. Celem zastrzeżenia kary jest jej funkcja odszkodowawcza, gdyż co do zasady kara jest surogatem odszkodowania należnego z tytułu szkody spowodowanej naruszeniem zobowiązania niepieniężnego, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu. Zatem określenie kary na poziomie przewidzianym w projekcie umowy nie narusza przepisów, w szczególności zasady swobody umów i jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w obrocie handlowym (również w odniesieniu do ustalonej wysokości kary). Co więcej każda stacja musi mieć zapewniony dostęp do sprzętu jednorazowego użytku i wymaga to zastosowania instrumentów umownych, które będą zmierzały do jak najpełniejszego tj. terminowego realizowania przedmiotu umowy.

Pytanie 86 - Dot. wzoru umowy §7

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §7 umowy następującej treści.

- 7) Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego przewiduje kary umowne lub odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za jej niewykonanie lub za nienależyte wykonanie z powodu określonych okoliczności, strona umowy (Wykonawca) przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

Pytanie 87 - Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

- 1) Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2) Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.*
- 3) W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 4) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
- 5) W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.*
- 6) Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w umowie nie ma odniesień do siły wyższej należy wskazać, że kodeks cywilny wprowadza zasadę zawinienia jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, a zatem takim zdarzeniem wyłączającym odpowiedzialność może być siła wyższa, do której można zaliczyć wystąpienie epidemii, o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki, m.in. nie można jej było przewidzieć i utrudnia wykonanie umowy.

Pytanie 88 - Dot. wzoru umowy §12 ust. 2.1

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §12 ust. 2.1 słów o treści „, przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na okoliczności związane z Covid, reguluje w szczególności art. 15 r ustawy z dnia 2.03.2020 r. ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pytanie 89 - Dot. wzoru umowy §5 ust. 4

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie produkty opisane w SWZ są wyrobami medycznymi i nie muszą spełniać zapisu umowy §5 ust. 4 zwracamy się z prośbą o dodanie w ust. 4 po przecinku słów „, jeśli dotyczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ.

Pytanie 90 - Dot. Zadanie 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ma na myśli zestaw składający się z 14 szyn o standardowych rozmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ilości szyn w zestawie.

Pytanie 91 - Dot. Zadanie 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny kaniuli w rozmiarze 24G, 0,7x19mm o przepływie minimalnym 22ml/min. spełniającej wszelkie pozostałe parametry opisu SIWZ. Wszelkie pozostałe wymiary i parametry kaniul zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 92 - Dot. Zadanie 8, poz.1

Czy Zamawiający poprzez zapis "anatomiczny ustnik, kołnierz" oczekuje i wymaga zaoferowania plastikowego sztywnego trójkątnego ustnika dopasowanego do anatomicznego kształtu twarzy? Pozostałe parametry bez zmian, jak w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 93 - Dot. Zadanie 8, poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji opłucnej (/ osierdzia / otrzewnej)

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka luer lock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 94 - Dot. Zadanie 8, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm, 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm, 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki, 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa), 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm (barierowa), 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana), 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana), 1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g, 1 x woda sterylna w ampułce, 20 ml, 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95 - Dot. Zadanie 8, poz. 28-29

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 96 - Dot. Zadanie 9, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do koniktomii ratowniczej pozwalającego na szybki

i bezpieczny dostęp do tchawicy pacjenta w celu przeprowadzenia wentylacji. Sterylnie pakowany zestaw składa się z paska mocującego, strzykawki i rurki łączącej; ruchoma blokada (znacznik głębokości wkłucia) umożliwia wkłucie na optymalną głębokość bez uszkodzenia tylnej ściany tchawicy, stożkowa końcówka igły gwarantuje minimalny, konieczny otwór wkłucia redukując ryzyko krwawienia, strzykawka ułatwia stabilne utrzymanie igły Quicktrach w czasie wykonywania wkłucia i poprzez aspirację powietrza pozwala na identyfikację wejścia do tchawicy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97 - Zadanie 2, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Pytanie nr 98 - Zadanie 2, poz 6

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 - Zadanie 2, poz. 1,6

Czy zamawiający wydzieli poz.1,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102 - Zadanie 2, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103

Zadanie 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104 - Zadanie 8, poz. 1-6,15

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

www.wpr.pl





Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 105 - Pakiet 3 Poz. 1,2,3,4,6

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy dren tlenowy ma mieć przekrój gwiazdki co zapobiega załamaniu drenu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 106-

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający oczekuje sprzętu pozbawianego szkodliwych substancji takich jak lateks, ftalany, DEHP, bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108 - Poz.6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje cewników do podawania tlenu dla dorosłych, dzieci czy noworodków?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje cewników do podawania tlenu dla dorosłych i dzieci.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 - 5 dopuści kontrastujący mleczny tłok?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 -5 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 poz. 1 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 poz. 3. będzie oczekiwał Kaniulę do wlewów dożylnych, wykonaną

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

z FEP, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, dwoma paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, zastawką antyzwrotną, z cewnikiem zewężającym się ku ostrzu igły który ułatwia wprowadzenie kaniuli, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar:

14G (2,1x45mm) przepływ 305ml/min.;
16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min.;
17G (1,5x45mm) przepływ 142ml/min.;
18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min.;
20G (1,1x32mm) przepływ 56ml/min.;
22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.;
24G (0,7x19mm) przepływ 23ml/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający będzie oczekiwał kaniuli 18G i 20G w dwóch długościach:

18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min.;
18G (1,3x32mm) przepływ 90ml/min.;
20G (1,1x32mm) przepływ 56ml/min.;
20G (1,1x25mm) przepływ 56ml/min.,

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wymóg wyżej wymienionych kaniul umożliwi Zamawiającemu posiadanie do-datkowych rozmiarów kaniul 20G(1,1x25mm) i 18G(1,3x32mm). Zastosowanie takich kaniul często ułatwia pracę per-sonelowi medycznemu podczas trudnych kaniulacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

II. Odpowiedź stanowi integralną część SWZ i będzie wiążąca podczas terminu składania ofert.

Załączniki:

- Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ

Sporządzili:
Tomasz Dec
Katarzyna Pietruszka

Akceptował:
Karina Przybyła

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Dariusz Krawczyk

www.wpr.pl

40-024 Katowice, ul Powstańców 52
tel: +48 32 609 31 40
fax: +48 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl



Bank: Santander Bank Polska S.A
03 1500 1445 1214 4003 4001 0000
NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162