

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 52  
fax. 0-12 614 34 86  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

Kraków, <sup>H.</sup>..... 12.2020 r.

DZ.271.88.....<sup>1095</sup>2020

**Do wszystkich Uczestników  
Postępowania przetargowego  
Nr DZ.271.88.2020**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym nr DZ. 271.88.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do terapii nerkozastępczej.**

**Szanowni Uczestnicy,**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem zostały zadane następujące pytania:

**Pytanie 1:**

Dotyczy: DZ.271.88.2020, Załącznik 3b, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr- 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2:**

JEDNA BŁĘDNA DATA SIĘ ZAPODZIAŁA W SIĘ W SIWZ, TAKA JAKBY ZA ROK  
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia 30.12.2021 r. do godz. 10:00 PROSZE O POPRAWINIE



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że błędna data w roku 2021 wynika z oczywistego błędu pisarskiego. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **5.01.2021 r.**

**Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem:**

**<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2>**

**do dnia 5.01.2021 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi 5.01.2021 o godz. 10.30.**

**Pytanie 3:**

*Dotyczy: DZ.271.88.2020 pakiet zbiorczy pozycja 6 termin składania ofert.: 30.12.2020*

Czy Zamawiający w pozycji 6 pakiet zbiorczy dopuści postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zakrzywionymi o średnicy 11 FR i 13 FR i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5:**

Dotyczy zał. Nr 3b formularz cenowy pozycja 19:

Oferowane przez naszą firmę zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową są wyposażone w porty podłączeniowe na drenach do roztworu wapnia adekwatne do portów zaimplementowanych w oferowanych workach. Dlatego prosimy Zamawiającego o zgodę na niewycenianie powyższej pozycji z uwagi na brak konieczności stosowania łączników. Pozwoli to jednocześnie w znaczący sposób obniżyć koszty prowadzenia wspomnianych terapii pozaustrojowego oczyszczania krwi.



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na niewycenianie poz. 19 w przypadku zaoferowania zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową wyposażonych w porty podłączeniowe na drenach do roztworu wapnia.

**Pytanie 6:**

Dotyczy zał. Nr 2b wzór umowy dzierżawy § 2 pkt 1:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie jednoznacznego maksymalnego terminu na instalację 10 sztuk urządzeń od momentu złożenia zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy - § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydzierżawiający zobowiązuje się zainstalować 10 aparatów w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę w terminie do 14 dni od podpisania umowy i zapewnić ich sprawne działanie przez cały okres trwania umowy.”

**Pytanie 7:**

Dotyczy zał. Nr 2b wzór umowy dzierżawy § 2 pkt 2:

W obecnej skomplikowanej sytuacji epidemiologicznej i związanym z nią powszechnym brakiem na rynku urządzeń do ciągłej terapii nerkozastępczej nie jest możliwe spełnienie powyższego warunku, gdyż oznaczałoby to konieczność nieodpłatnego utrzymywania w ciągłej gotowości depozytu urządzeń tylko i wyłącznie dla potrzeb Zamawiającego. Dlatego prosimy o rezygnację z powyższego warunku bądź usunięcie zapisu o wymaganym terminie realizacji. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że ewentualna dzierżawa dodatkowych urządzeń będzie związana z naliczaniem czynszu miesięcznego za każde z nich rozliczanego z łącznej puli „aparatomiesięcy”

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy - § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konieczności znacznego zwiększenia ilości świadczeń związanych ze zwalczaniem COVID-19 Dzierżawca uprawniony jest do zwiększenia ilości aparatów o maksymalnie 7 sztuk. Zainstalowanie dodatkowych aparatów będzie poprzedzone pisemnym zapotrzebowaniem zawierającym ilość aparatów i miejsce instalacji. Zamówienie dodatkowych aparatów nie powoduje zmiany maksymalnej ceny zamówień wskazanej w §3 punkt 1 i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.”

Zamawiający wyjaśnia, że ewentualna dzierżawa dodatkowych urządzeń będzie związana z naliczaniem czynszu miesięcznego za każde z nich rozliczanego z łącznej puli „aparatomiesięcy” i będzie skutkowałą skróceniem czasu obowiązywania umowy.

**Pytanie 8:**

Dotyczy zał. Nr 2b wzór umowy dzierżawy § 2 pkt 3:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu, gdyż nie jest fizycznie możliwym podstawienie urządzenia zastępczego od samego momentu zaistnienia awarii dzierżawionego aparatu. Wstawienie urządzenia zastępczego może być wymagane w przypadku przedłużającego się czasu naprawy powyżej wymaganych 5 dni z racji braku niezbędnych części zamiennych, gdyż Dzierżawca za okres niesprawności i tak zwolniony z uiszczania czynszu proporcjonalnie do okresu niesprawności – zgodnie z zapisem §3 pkt 3.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy - § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„W razie wystąpienia wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu aparatu, Dzierżawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Wyzierżawiającego, a Wyzierżawiający obowiązany jest na własny koszt wadę, usterkę usunąć w terminie do 5 dni od powiadomienia. Jeżeli usunięcie usterki wymaga czasu dłuższego niż 5 dni Wyzierżawiający zobowiązany jest na czas naprawy podstawić aparat zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych i funkcjonalności. Dzierżawca będzie powiadamiał Wyzierżawiającego o wadach, usterek w formie elektronicznej lub telefonicznej.”

**Pytanie 9:**

Dotyczy zał. Nr 2b wzór umowy dzierżawy § 3 pkt 4:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższego zapisu z uwagi na jego przewymiarowaną restrykcyjność. Proporcjonalne obniżenie czynszu oraz konieczność wstawienia urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy aparatu dzierżawionego stanowi wystarczające zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy - § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli niesprawność trwa w ciągu miesiąca dłużej niż 10 dni i Wyzierżawiający nie podstawi aparatu zastępczego zgodnie z §2 pkt. 3 wówczas Dzierżawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niesprawności aparatu oprócz prawa do obniżenia czynszu. Dzierżawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną.


**Pytanie 10:**

Dotyczy zał. Nr 2b wzór umowy dzierżawy § 5 pkt 2:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie powyższego zapisu z uwagi na jego przewymiarowaną restrykcyjność. Zwracamy uwagę, że Zamawiający w okresie trwania umowy ma do dyspozycji minimum 10 sztuk urządzeń, więc przedłużająca się niesprawność jednego z nich nie może stanowić wystarczającej przesłanki do jednostronnego wypowiedzenia umowy i nałożenia dodatkowych sankcji z tym związanych.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. św. Pawła II  
ZASTĘPCY DYREKTORA  
Usługi Techniczne  
  
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

 4