



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 22

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1728 / 3135 /2023

Data: 25.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 54

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu z przezroczystym silikonowym zgłębnikiem o długości około 60 cm, rozmiary CH 12, CH14, CH16, CH18 i CH20, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 83

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych powłoką redukującym tarcie, średnica szczęk 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, długość 120, 160 i 230 cm, markery czarne lub szare, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 83

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości roboczej 230 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 83

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z siatką trójwymiarową do usuwania polipów i ciał obcych, średnica cewnika (osłonki) 2,5 mm, średnica pętli 30 mm i 40 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł posiadających blokadę w pozycji schowanej i po całkowitym wysunięciu ostrza, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 86

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez o długości 5, 7, 9, 10, 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 3

Czy zamawiający w pozycji 3 wymaga zaoferowania protez ze znacznikami na granicy pętli i części prostej i

pośrodku części prostej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie cewnika o długości 215 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości 215 cm, średnicy końcówki 5F? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie przewodnika z końcówką o długości 5 cm, 7 cm, końcówką zawierającą materiał radiologiczny pozwalający na pomiar długości, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie protez z polietylenu, o długości 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 12

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia łyżeczek 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokości rozwarcia łyżeczek 8 mm, ale nie wymaga z zastrzeżeniem spełniania opisu przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie.

PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 88

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 95, Pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych o konstrukcji zębów innej niż opisana, zapewniających uzyskanie takiego samego efektu działania, dostarczanych w magazynkach po 6 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 156

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie cewników o długości 1200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

