

COZL/DZP/AK/3412/TP-104/22

Lublin, dnia 20.09.2022 r.

„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do elektroforezy i immunofiksacji.”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie na jaką ilość oznaczeń proteinogramów w moczu Zamawiający wymaga zaoferowania koncentratów o możliwości zagęszczenia moczu 100 i 200 krotnie?

Odpowiedź: 180 oznaczeń zagęszczenie 100-krotne, 180 oznaczeń zagęszczenie 200-krotne.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie informacji jakie ilości immunofiksacji pacjentów leczonych daratumumabem przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź: 180 oznaczeń.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów technicznych raz w roku? Zgodnie z wytycznymi producenta aparatów do elektroforezy przeglądy sprzętu wykonywane są co 12 m-cy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zmiana Załącznika nr 2.1 SWZ – Parametry techniczne – Strony zamienne w załączeniu.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

STARSZY INSPEKTOR
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

Anna Kubiakowska



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108634579