



Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48 61 848 70 43; fax +48 61 895 50 43
e-mail: zampub@up.poznan.pl

REKTOR



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Poznań, 01.03.2023 r.

209/AZ/262/2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: ustawa Pzp) w przedmiocie: **Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (Mikroskop elektronowy z wyposażeniem – zestaw oraz zestaw mikroskopów odwróconych z wyposażeniem).**

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Dotyczy: Mikroskop odwrócony badawczy – 1 szt.

Załącznik 2A do formularza oferty- opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by odwrócony mikroskop badawczy był wyposażony w nowocześniejszy oświetlacz do światła przechodzącego LED, który ma znacznie dłuższą żywotność niż wymagany oświetlacz halogenowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyposażenie mikroskopu w oświetlacz do światła przechodzącego LED.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego w składanych ofertach. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

ZATWIERDZAM

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz