



80/PNE/SW/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Holter RR wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem – (Holter RR – 2 szt. + zestaw komputerowy – 1 szt.)

Producent :

Model/Nr katalogowy:

Asortyment fabrycznie nowy rok produkcji nie późniejszy niż 2019

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
|-----|--|---------|--|
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK | |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK | |
| 3 | Czas ciągłego zapisu min. 51 godz. | TAK | |
| 4 | Pomiar na żądanie | TAK | |
| 5 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK | |
| 6 | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK | |
| 7 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK | |
| 8 | Minimalnie trzy różne średnice rękawów (podać jakie) | TAK | |
| 9 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK | |
| 10 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania | TAK | |
| 11 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK | |
| 12 | Waga bez akumulatorów max. 190g | TAK | |
| 13 | Maksymalne rozmiary rejestratora: 100x70x30 mm +/- 3% | TAK | |
| 14 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK | |
| 15 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | TAK | |
| 16 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie, ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK | |
| 17 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | TAK | |
| 18 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | TAK | |
| 19 | Menu i raporty w języku polskim | TAK | |



| | | | |
|----|--|-----|--|
| 20 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK | |
| 21 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK | |
| 22 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | TAK | |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej | TAK | |
| 24 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka | TAK | |
| 25 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR. | TAK | |
| 26 | Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu | TAK | |
| 27 | Zestaw komputerowy z zainstalowanym, skonfigurowanym i przygotowanym do pracy oprogramowaniem (komputer + mysz + klawiatura, monitor min. 24", drukarka laserowa) | TAK | |
| 28 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB - dostarczony razem z zestawem komputerowym. | TAK | |