

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 01.09.2022 roku

FZP.IV-241/93/22/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: : „Dostawa aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej High-Flow – 5 sztuk.”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1. Poz. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z minimum 2 zakresami ustawień przepływów: 2-25L/min oraz 10-60L/min. Proponowane ustawienia są zgodne ze standardami leczenia i są powszechnie stosowane i nie odbiegają znacząco od wymaganego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wg opinii medycznej pracowników OITiA dla pacjentów covidowych konieczny jest przepływ w zakresie górnym do 80 L/min.

Pytanie nr 2. Poz. 15

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie urządzenia HFT z trybem osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii polegającego na automatycznym zakończeniu cyrkulacji w zależności o pomiaru temperatury i wilgotności po którym urządzenie się samoczynnie wyłączy. Dodatkowo tryb posiada funkcję wydmuchania nadmiaru tlenu co znacznie wpływa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Oferowany przez nas parametr jest lepszy od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.