



Grudziądz, dnia 18.12.2023 r.

ZP-2666/23

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/110/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/110/PN/23), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

### Zapytanie nr 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 24

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 dopuści stentgraft obwodowy o nieznacznie zmienionych, lepszych parametrach:

- Stent pokrywany PTFE, zamontowany fabrycznie na balonie
- stentgraft do naczyń obwodowych i nerkowych fabrycznie montowany na balonie
- wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem PTFE - system wprowadzający kompatybilny z przewodnikiem 0,035”
- długość zestawu wprowadzającego 80 i 140cm
- zakres długości stentu: od 17-57mm dla średnic 5-8mm, 27-57mm dla średnic 9-10mm
- średnica zestawu wprowadzającego 6F dla średnic 5mm do 8mm (dł. ≤17mm śr. 8mm) oraz 7F dla średnic 8mm(≥27mm) do 10 mm?

### ***Odpowiedź***

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

