



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 24.05.2022 roku

FZP.IV-241/56/22/ZO

## Wszyscy uczestnicy postępowania

*dotyczy: postępowania pod hasłem: **DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU***

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

### 1) Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli wyposażoną w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze, wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej 0.035 mm, w rozmiarze 120 cm x 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### 2) Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli wyposażoną w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze, wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej 0.035 mm, w rozmiarze 140 cm x 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### 3) Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę długą i płaską na aparaturę medyczną w kształcie walca wyposażoną w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze, wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm, w rozmiarze 80 cm x 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### 4) Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> - warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii PE zapobiega przemakaniu, o chłonności materiału osłony: 350 %?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### 5) Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 30cm x 80cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> - warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii PE zapobiega przemakaniu, o chłonności materiału osłony: 350 %?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**