



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.07.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 24

1. Zadanie nr 78 poz. 4, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Zadanie nr 80

Czy Zamawiający dopuszcza koreczki w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu reszt warunków SIWZ.

3. Zadanie nr 86 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie nr 86 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie opatrunku stylizującego pod kaniule bez poduszeczki do podłożenia pod kaniulę.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie nr 86 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Zadanie nr 106 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,3 x 12 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu reszt warunków SIWZ.

7. Zadanie nr 106 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,4 x 20 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu reszt warunków SIWZ.

8. Zadanie nr 106

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły, która posiada nasadkę z polipropylenu a osłonkę na igłę z polietylenu. Osłonka na igłę nie jest używana bezpośrednio do podania leku, więc nie ma wpływu na procedury medyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu reszt warunków SIWZ.

9. Zadanie nr 109

Czy Zamawiający dopuszcza igły do pena w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu reszt warunków SIWZ.

10. Zadanie nr 110 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki do insuliny w rozmiarze 0,33 x 13 mm z podziałką elementarną 0,01 ml, nadruk skali w kolorze czarnym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Zadanie nr 111

Czy Zamawiający wymaga strzykawki Janet z podwójną skalą pomiarową.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl