



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 11.09.2020

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPoZP 31/2020/ TESTY DIAGNOSTYCZNE

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania do przedmiotu zamówienia:

1. **Pakiet 3:** Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów i toksyn, z 3 okienkami dozowania próbki na jednej płytce o wartościach granicznych testu dla stężeń na poziomie 0,5 ng/ml dla toksyny A, 0,78 ng/ml dla toksyny B i 0,38 ng/ml dla dehydrogenazy glutaminianu (GDH), zgodny z załączoną metodyką? (nr kat 41220)
Odp.: Zamawiający NIE DOPUSZCZA testu immunochromatograficznego do przedmiotu zamówienia. Na podstawie zaleceń European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases z 2016 roku, diagnostyka zakażeń Clostridium difficile powinna opierać się na oznaczeniu metodą wysoce czułą (EIA) toksyny A/B.

2. **Pakiet 4:** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 test o parametrach zgodnych z załączoną metodyką? (nr kat 242006N-10)
Odp.: Zamawiający NIE DOPUSZCZA testu o parametrach załączonych w metodyce, ponieważ:
a) brak konkretnej informacji o czułości i swoistości analitycznej testu
b) ma zastrzeżenia do interpretacji wyniku: Pozytywny dla Influenza A i B, ponieważ wg metodyki uzyskany wynik wymaga "ponownego przebadania inną metodą, przed wskazaniem wyników"
c) ma zastrzeżenie do ograniczeń testu, opisanego jako: "wyniki otrzymane przy pomocy tego testu, w szczególności w przypadku słabych linii testowych, które są trudne do zinterpretowania, powinny być interpretowane razem z innymi klinicznymi informacjami, które zostały udostępnione lekarzowi".

Pytania do umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej.

2. (§ 5 ust. 1 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82