



PODDEBICKIE
CENTRUM ZDROWIA®
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 07.06.2024 r.

Wszyscy zainteresowani
postępowaniem

PCZ/ZP/318/2024

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem medycznym dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/4/2024

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ - I

Zgodnie z art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem medycznym dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

Pytanie 1. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt I, 27 – prosimy o dopuszczenie aktualizacji oprogramowania (urządzeń, które tego wymagają np. tablety, radiotelefony) wyłącznie w okresie trwania zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 27 otrzymują następujące brzmienie:

27.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji gwarancji	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 2. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt I, 33 - prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w cztery miejsca siedzące oraz nosze, ale przeznaczonego do przewożenia maksymalnie czterech osób (trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego i jednego pacjenta).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt I, 49 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opon letnich z felgami oraz opon zimowych bez felg.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania opon letnich z felgami oraz opon zimowych z felgami. Zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 49 otrzymują następujące brzmienie:

49.	Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Zestaw (4 szt) opon zimowych z felgami oraz zestaw (4 szt) opon letnich z felgami	TAK	
-----	--	-----	--

Pytanie 4. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt I, 54 – prosimy o potwierdzenie, że panele sterujące w przedziale medycznym i przedziale kierowcy mają być przyciskowe (na guziki), a nie np. rezystencyjne, touchscreen, itp.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby panele sterujące w przedziale medycznym i przedziale kierowcy były przyciskowe (na guziki). Zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 54 otrzymują następujące brzmienie:

54.	W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika	TAK	
-----	---	-----	--

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

	<p>z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V,</p> <ul style="list-style-type: none"> - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania). <p>Panele sterujące w przedziale medycznym i przedziale kierowcy przyciskowe (na guziki).</p>		
--	--	--	--

Pytanie 5. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 51 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga min. 2 głośników podłączonych do radia tj. 1 w kabinie kierowcy i 1 w przedziale medycznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt III, 67 – prosimy o dopuszczenie grzałki silnika 230V umieszczonej w układzie smarowania silnika, a nie w układzie chłodzenia. Z uwagi na bardzo dużą awaryjność producenci grzałek wycofali się z tego rozwiązania i nie są one już dostępne. Jeśli użytkownik oprócz oleju chciałby mieć podgrzewany płyn chłodzący prosimy o dopuszczenie dodatkowego niezależnego ogrzewania wodnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że nie wpłynie to na gwarancję producenta pojazdu. W Załączniku nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem należy wpisać, że w/w rozwiązanie zostało zaoferowane.

Pytanie 7. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt VII, 80 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w przypadku zaoferowania wydłużonego okresu gwarancji na zabudowę przedziału medycznego nie wymaga wliczenia dodatkowych przeglądów gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wliczenia dodatkowych przeglądów gwarancyjnych.

Pytanie 8. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt VII, 87,88 – prosimy o dopuszczenie drzwi przesuwnych z oknem stałym i roletką, co jest znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Za komunikację pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy odpowiada intercom stanowiący wyposażenie pojazdu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt VII, 90 – prosimy o potwierdzenie, że wymienione w tym punkcie uchwyty nie stanowią przedmiotu postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uchwyty nie stanowią przedmiotu postępowania.

Pytanie 10. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt VIII, 108 – prosimy o dopuszczenie wentylacji mechanicznej, zapewniającej wymianę powietrza min. 25 razy na godzinę i spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt IX, 117 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i punkty powinny mieć brzmienie „Instalacja dla napięcia 12V powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 117 otrzymują następujące brzmienie:

117.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki.	TAK	
------	--	-----	--

Pytanie 12. Dotyczy załącznik 2 do SWZ, punkt E – prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wymienione w punktach 208 – 233 nie stanowi przedmiotu Zamówienia i nie ma zostać uwzględnione w cenie oferty, a Wykonawca ma jedynie przygotować kompatybilne uchwyty (do sprzętu wymagającego montażu), schowki, pasy itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyposażenie wymienione w punktach 208 – 233 nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że wymieniony w rozdziale E sprzęt medyczny będzie w miarę potrzeb Zamawiającego przenoszony do ambulansu będącego przedmiotem zamówienia i Zamawiający żąda przystosowania wyposażenia tego ambulansu do montażu sprzętu medycznego wymienionego w rozdziałach A-E Załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie 13. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt E, 210, 211 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga jednego miejsca mocowania deski ortopedycznej pediatricznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mocowania deski ortopedycznej i ortopedycznej pediatricznej. Zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 210 otrzymują następujące brzmienie:

210.	3. Deska ortopedyczna pediatriczna Najo FERNO	TAK	
------	--	-----	--

Pytanie 14. Zgodnie z punktem III SWZ, 7 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wliczenia w ofertę wyłącznie przeglądów samochodu bazowego i sprzętu medycznego, natomiast przeglądy zabudowy medycznej (niezbędne do utrzymania gwarancji) będzie pokrywał na własną rękę i Wykonawca ma ich nie uwzględniać do ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wliczenia w ofertę kosztów przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zabudowy medycznej.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, czy przeglądy mają odbywać się w miejscu stacjonowania ambulansów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego jak również w siedzibach autoryzowanych serwisów wskazanych przez Wykonawcę możliwie na terenie województwa łódzkiego.

Pytanie 16. Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu ambulansu.

Odpowiedź: Szacunkowy roczny przebieg ambulansu to ok. 4000 km.

Pytanie 17. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu z rokiem produkcji 2024, zamontowanym na pojeździe kompletnym (pojazd bazowy) z 2023r.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty do rejestracji na pojazd skompletowany (ambulans) mają umożliwić rejestrację pojazdu z DMC 3500 kg lub mniejszą – pojazd rejestrowany dla kategorii prawa jazdy B.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19. Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę? Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klimatyzację typ Climatronic dla kierowcy i dla przedziału medycznego. W Załączniku nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem należy wpisać, że w/w rozwiązanie zostało zaoferowane.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez autoalarmu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik mocy 120 kW (163,2 KM), pojemności 2299 cm³, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z manualną skrzynią biegów 6 + 1, alternatorem 185A i napędem na oś przednią?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5t, spełniających wymogi przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 leżącej spełniającej wymóg rezerwy masowej 260 kg określonej w aktualnej normie PN-EN 1789?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel na przegrodzie bez funkcji przesuwu, jeśli jest on zbyteczny i nie wpływa na ergonomię pracy ratowników?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24. Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo, jest szyberdach, który oprócz doświetlenia i wentylacji pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta. Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne. Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) spełniał funkcję i normy wyjścia ewakuacyjnego.

Pytanie 25. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne z transporterem firmy Medirol model Clinic Extero zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi obowiązującymi w Polsce, wyposażone w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu uruchamiany dźwignią blokady – przy czym blokada uruchamiana jest tylko w momencie wprowadzania noszy do ambulansu, w momencie wyjazdu noszy, golenie rozkładają się i blokują automatycznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w noszy, jednak żąda spełnienia warunku kompatybilności z noszami wymienionymi w punkcie 208 w Załączniku nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem.

W związku z powyższym zmianie ulegają niżej wymienione zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11.07.2024 r. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

2. Rozdział XVI ust. 8 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

8. *Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.06.2024 r. do godz. 10.00.*

3. Rozdział XVII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2. *Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.06.2024 r., o godzinie 10:30.*

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: 12.06.2024 r. godz. 10:00;

- otwarcia ofert: 12.06.2024 r. godz. 10:30;

- termin związania ofertą: 11.07.2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – I,

- Załącznik nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem *po modyfikacji I.*

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ

WICEPREZESA ZARZĄDU PODEJBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARIJAŃSKĄ