



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nr sprawy: PN/XXVI/2019

Zgierz, dn. 08.07.2019r.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup aparatury medycznej z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Paręczewska 35 z podziałem na pakiety w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1, dot. zapisów umowy : Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy :

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 lub 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:
 - a) w wysokości 300,00 (słownie: trzysta i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 1 i 2,
 - b) w wysokości 200,00 (słownie: dwieście i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 3;
 - 2/ za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości ogólnej Zamówienia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 3/ za zwłokę w usunięciu awarii/usterki w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:
 - a) w wysokości 300,00 (słownie: trzysta i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 1 i 2
 - b) w wysokości 200,00 (słownie: dwieście i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 3;
 - 4/ za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji serwisu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Umowy - w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia i 00/100) zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 5/ za przekroczenie maksymalnego czasu na wymianę sprzętu na nowy, ponad dopuszczalne 10 dni roboczych, w sytuacji o której mowa w §3 ust. 5 Umowy – wysokości 100,00 (słownie: sto i 00/100) zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 6/ za przekroczenie maksymalnego czasu na dostarczenie sprzętu zastępczego, ponad dopuszczalne 48 godzin, w sytuacji o której mowa w § 3 ust. 6 Umowy - w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia i 00/100) zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 7/ Za nie dokonanie przeglądów urządzeń w okresie gwarancji, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy nie dokonany przegląd sprzętu:
 - a) w wysokości 1000,00 (słownie: tysiąc i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 1 i 2,
 - b) w wysokości 500,00 (słownie: pięćset i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 3.

Na zapis:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 lub 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:

- a) w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 1 i 2,
- b) w wysokości 200,00 (słownie: dwieście i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 3;
- 2/ za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości ogólnej Zamówienia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
- 3/ za zwłokę w usunięciu awarii/usterki w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:
 - a) w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 1 i 2
 - b) w wysokości 200,00 (słownie: dwieście i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 3;
- 4/ za przekroczenie maksymalnego czasu reakcji serwisu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Umowy - w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia i 00/100) zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
- 5/ za przekroczenie maksymalnego czasu na wymianę sprzętu na nowy, ponad dopuszczalne 10 dni roboczych, w sytuacji o której mowa w §3 ust. 5 Umowy – wysokości 20 ,00 (słownie: Dwadzieścia i 00/100) zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 6/ za przekroczenie maksymalnego czasu na dostarczenie sprzętu zastępczego, ponad dopuszczalne 48 godzin, w sytuacji o której mowa w § 3 ust. 6 Umowy - w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia i 00/100) zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
- 7/ Za nie dokonanie przeglądów urządzeń w okresie gwarancji, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy nie dokonany przegląd sprzętu:
 - a) w wysokości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 1 i 2,
 - b) w wysokości 500,00 (słownie: pięćset i 00/100) zł – dotyczy pakietu: 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych, podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją - szt. 3: Zamawiający w projekcie umowy w paragrafie 3 „Gwarancja” w ppkt. 10 wymaga dostarczenia kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniały by Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot niż Wykonawca. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tego typu działania niosą za sobą obawę popełniania błędów serwisowych, szczególnie gdy ten rodzaj sprzętu serwisowany jest przez nieautoryzowany serwis, bez stosownej wiedzy nt. Podzespołów danego defibrylatora. Z racji tego, że jest to sprzęt ratujący życie, powinien podlegać serwisowi, przeglądom, naprawom w miejscach, które posiadają autoryzację producenta, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, dostęp do części zamiennych oraz najnowszych aktualizacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z ww. ppktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści wbudowane oświetlenie z płynną regulacją natężenia światła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 4, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami i z przyłączami do butli?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 5, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, z możliwą precyzyjną prezentacją przepływu ze skokiem 100 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 6, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru oraz ekranu dotykowego? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 29: Czy Zamawiający dopuści o wiele bardziej ergonomiczny tryb jednoetapowy przełączania pomiędzy trybem ręcznym i mechanicznym wentylacji przy pomocy dźwigni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 43: Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru stężenia O₂ w aparacie przy użyciu metody paramagnetycznej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10, dot. pakietu 2 - aparat do znieczulenia, Pkt. 46: Czy Zamawiający dopuści rury o długości 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 11, Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2: Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 7 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 48h w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE, licząc od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12, Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3: Prosimy o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 3 ust. 3 Projektu umowy dotyczy terminów przeglądów technicznych i nie ma odniesienia do dni roboczych

Pytanie 13, Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7; Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: *„Czas trwania naprawy gwarancyjnej ponad terminy określone w umowie, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności sprzętu (...).”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14, Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 11: Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby uzyskały brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że Sprzęt pozbawiony jest blokad umożliwiających serwis pogwarancyjny, w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych, w zakresie niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15, Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.1a: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Wnoskujemy o obniżenie kar do przyjętego w branży medycznej poziomu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy na: 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16, Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.3 a: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Wnoskujemy o obniżenie kar do przyjętego w branży medycznej poziomu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w usunięciu awarii / usterki na: 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17, Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.4: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Wnoskujemy o obniżenie kar do przyjętego w branży medycznej poziomu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za przekroczenie max czasu reakcji serwisu na: 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18, Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.5: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Wnoskujemy o obniżenie kar do przyjętego w branży medycznej poziomu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za przekroczenie max czasu na wymianę sprzętu na nowy ponad dopuszczalne 10 dni roboczych: 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19, Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.6: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Wnoskujemy o obniżenie kar do przyjętego w branży medycznej poziomu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za przekroczenie max czasu na dostarczenie sprzętu zastępczego na: 30,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20, Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.7 lit. a: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Wnoskujemy o obniżenie kar do przyjętego w branży medycznej poziomu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za nie dokonanie przeglądów urządzeń w okresie gwarancji na: 500,00 zł za każdy nie dokonany przegląd sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21, dot. Pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z wyświetlaniem czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w postaci graficznej ? Każda kreska w grafice akumulatora odpowiada 25% stanu naładowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22, dot. Pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z ładowaniem wszystkich baterii w urządzeniu lub w zewnętrznej ładowarce od 0 do 100 % w czasie do 4,5 godziny ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23, dot. Pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów w czasie do 10 sekund ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24, dot. Pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z wyświetlaniem na ekranie do 3 krzywych dynamicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.






Pytanie 25, dot. Pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z wyświetlaniem na ekranie do 3 odprowadzeń EKG jednocześnie i zmianą sekwencji co 3 odprowadzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednocześnie wyświetlania 12 odprowadzeń EKG.

Pytanie 26, dot. Pakiet nr 1 - defibrylator z kardiowersją pkt. 36: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z kablem zasilającym 230 V o długości 2,5 m ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27, ad 4 pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator Zoll X series który wyświetla informację o czasie pracy na akumulatorach na 5 poziomach?

	Poziom 1 akumulatora	Pozostała pojemność akumulatora wystarczy na mniej niż godzinę działania.
	Poziom 2 akumulatora	Pozostała pojemność akumulatora wystarczy na więcej niż godzinę działania.
	Poziom 3 akumulatora	Pozostała pojemność akumulatora wystarczy na więcej niż dwie godziny działania.
	Poziom 4 akumulatora	Pozostała pojemność akumulatora wystarczy na więcej niż trzy godziny działania.
	Poziom 5 akumulatora	Akumulator jest w pełni naładowany.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28 ad 6, pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego akumulator pozwala na przeprowadzenie 100 defibrylacji z energią 200J lub 6 godzin. monitorowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29 ad 7, pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego akumulator ładuje się w czasie do 4 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30 ad 8, pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Czy Zamawiający dopuści urządzenia z kondensatorem napięcia elektrycznego 2222V niezależnie od impedancji pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31, ad 15, pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z czasem ładowania poniżej 7 s w przypadku pierwszych 15 wyładowań a kolejne z czasem poniżej 10 s.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32, ad 16, pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z ekranem o przekątnej 6,5”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33 ad 22, pakiet 1 defibrylator z kardiowersją: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ustawienia 3 podstawowych trybów z możliwością dalszej konfiguracji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34 Punkt 1. SIWZ Pakiet 3: Czy pod pojęciem „stacji odbiorczej” należy rozumieć oprogramowanie komputerowe zapewniające odbiór danych przesyłanych z ambulansów?

Czy Zamawiający zapewni odpowiedni sprzęt komputerowy i inne oprogramowanie potrzebne do zainstalowania oprogramowania umożliwiającego odbiór danych przesyłanych z ambulansów?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym (stacja robocza), natomiast oprogramowanie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 35 Punkt 4 SIWZ Pakiet 3: Czy Zamawiający zapewni odpowiednie urządzenie do odbioru takich informacji?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Pytanie 36 Punkt 11 SIWZ Pakiet 3: Czy zamawiający zrezygnuje z poniższego wymagania jako nie mającego zastosowania w odbieraniu danych, a jedynie w sposobie komunikacji urządzenia nadawczego w ambulansie, co nie jest przedmiotem niniejszego przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowej-Curie w Zgierzu

Z poważaniem

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)