

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łódź dn. 26.09.2023 r.

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr WSSE DEA OZPA 272.19.2023 Dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 173-540715

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy o zgodę i potwierdzenie, że dopuszczą Państwo spektrometr mas MS/MS posiadający limit detekcji w trybie EI MRM/SRM nie gorszy niż 0.5 fg przy nastrzyku 1 µl mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 1 fg/µl.

Uprzejmie prosimy o zgodę i potwierdzenie, że dopuszczą Państwo czułość w trybie EI MS/MS (MRM) nie gorszą niż S/N RMS 300:1 dla 1fg OFN. Czułość ta jest równoważna S/N RMS 30 000:1 przy nastrzyku 100fg OFN.

Różnice wynikają z użycia innych stężeń mieszanin wzorcowych, ale wymagane parametry są spełnione. Wszystkie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego są spełnione lub są wyższe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowania aparatu o wskazanych w pytaniu parametrach gdyż są one zgodne z SWZ.

Pytanie 2

Dot. Zał. nr 2 do SWZ, Wymagane parametry techniczne
Czy Zamawiający opisując w wymaganiach "rok produkcji IV kwartał 2022" miał na myśli "rok produkcji IV kwartał 2022 lub nowszy"?

Odpowiedź

Zamawiający określając „rok produkcji IV kwartał 2022” miał na myśli urządzenie wyprodukowane w IV kwartale 2022 r. lub nowsze.