



EZ.272.007.2022

Wrocław, dnia 26.05.2022r.

EZ/367/22

**Dotyczy:** odpowiedź na pytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż aparatu do angiografii wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, a także demontaż dotychczasowego urządzenia i dostosowanie pomieszczenia do potrzeb montażu nowego (sygnatura sprawy: **EZ/207/EM/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

#### Pytanie 1

„W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania udostępnionych w dniu 24 maja 2022r. dziękujemy za odpowiedź na **pytanie nr 47** dotyczące §7 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

W pełni zgadzamy się z Państwa stanowiskiem dotyczącym zapewnienia nieograniczonej konkurencyjności w dostępie do serwisowania urządzeń medycznych po upływie gwarancji. Rozumiemy również, że Zamawiający chce mieć nieograniczoną możliwość wyboru firmy serwisującej urządzenia. Taka firma serwisowa może być całkowicie niezależną, poza siecią firm serwisowych posiadających tzw. autoryzację serwisową producenta urządzeń. Użytkownik urządzeń medycznych nie ma obowiązku prawnego korzystania z firm serwisowych, które posiadają tzw. autoryzację producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, gdyż taki obowiązek nie wynika z przepisów prawa, a ponadto stanowiłoby ograniczenie konkurencji w zakresie usług serwisowych.

Upzejmie prosimy o doprecyzowanie Państwa odpowiedzi na pytanie nr 47. Rozumiemy, że akceptują Państwo konieczność zakupu (nabycia) licencji przez firmę serwisującą od producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela umożliwiającą serwisowanie urządzeń medycznych w zakresie wskazanym w par. 7 ust. 8 umowy. Po nabyciu takiej licencji firma serwisująca uzyska uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych. Tym samym określenie „przedmiot umowy pozbawiony jest blokad” może prowadzić do nieporozumień. Od strony technicznej urządzenia dają dostęp do opcji serwisowych w każdym czasie przez podmioty, które uzyskają stosowne uprawnienia od producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Uzyskanie takich uprawnień odbywa się przy pełnej transparentności i przy zachowaniu wszystkich zasad nieograniczonej konkurencyjności. Po upływie gwarancji na urządzenie dowolna firma serwisująca, która uzyska ww. uprawnienia, będzie mogła wykonywać czynności serwisowe. Prosimy zatem o potwierdzenie, czy powyższe wyjaśnienia właściwie oddają nasze rozumienie treści par. 7 ust. 8 umowy. Nasze rozumienie jest takie, że z dniem zakończenia gwarancji nie tyle urządzenia muszą być „pozbawione blokad serwisowych”, ale w celu zachowania nieograniczonej konkurencyjności dostawca urządzeń w ramach przedmiotowego przetargu ma zapewnić, że Zamawiający lub dowolna firma serwisowa wybrana przez Zamawiającego, która będzie wykonywała czynności serwisowe po upływie gwarancji, uzyska od dostawcy uprawnienia serwisowe na zasadach określonych przez dostawcę urządzeń.

Upzejmie prosimy o potwierdzenie, czy nasze rozumienie treści par. 7 ust. 8 i Państwa wyjaśnień jest prawidłowe. Od Państwa potwierdzenia zależy możliwość złożenia przez nas oferty w przedmiotowym postępowaniu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje, że akceptuje konieczność zakupu licencji przez firmę serwisującą od producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela umożliwiającą serwisowanie urządzeń medycznych w zakresie wskazanym w §7 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Jednocześnie wyjaśniamy, że po upływie gwarancji dowolna firma wybrana przez Zamawiającego, która będzie miała wykonywać czynności serwisowe, uzyska od dostawcy uprawnienia serwisowe na zasadach określonych przez dostawcę.

Ponadto Zamawiający modyfikuje odpowiedź na Pytanie 44 opublikowaną dn. 24.05.2022r. pismem nr EZ/359/22, a mianowicie:

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

**Było:**

„Dot. Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” Pkt. 180

*Czy Zamawiający dopuści osłonę tarczycy z magnetycznym zapięciem przystosowanym do kołnierza o rozmiarze max 45 cm lub wersję zapinaną na rzep o rozmiarze max 50 cm ?”*

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry techniczne w Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” i ich nie zmienia.

**Jest:**

„Dot. Zał. nr 2 do SWZ „Formularz asortymentowy” Pkt. 180

*Czy Zamawiający dopuści osłonę tarczycy z magnetycznym zapięciem przystosowanym do kołnierza o rozmiarze max 45 cm lub wersję zapinaną na rzep o rozmiarze max 50 cm ?”*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Elżbieta Borowik  
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**