

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/53/2023
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Elbląg, dnia 15.11.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy ZP/53/2023,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego w zakresie odpowiedzi na pytanie 27 dokonuje poniżej sprostowania:

Pytanie 27 – dot. pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 zamkniętego systemu do nawilżania o pojemności 450 ml napełnionego wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiającego prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką pojemność z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski