



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.04.2021 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 28**

**1. Zadanie 23 Poz.7-11:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki opatrunkowej o składzie 15% przędza poliuretanowa i 85% przędza poliamidowa?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.**

**2. Zadanie 23 Poz.7-11:**

Czy Zamawiający dopuści odpowiednio:

Poz.7: rozmiar 1 (max.1,0cm)

Poz.8: rozmiar 2 (2,5-3,00cm)

Poz.9: rozmiar 3 (3,5-4,0cm)

Poz.10: rozmiar 4 ( 5,5-6,0cm)

Poz.11: rozmiar 5 (min.10cm)

Długość w stanie rozciągniętym 25m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**3. Zadanie 24 poz.20:**

W związku z odpowiedziami nr 18, zwracamy uwagę, że Zamawiający w pierwotnej wersji wymagał zaoferowania gazy zarejestrowanej jako wyrób medyczny w kl. II a reg. 7. Odpowiedziami nr 18 Zamawiający dopuścił zaoferowanie gazy w kl. I reg. 4 Zwracamy uwagę, że wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z:

-błoną śluzową jamy ustnej,

-błoną śluzową oka,

-błoną śluzową jamy nosowej

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Nawet wysterylizowanie produktu w kl. I reg.4 nie podnosi klasy wyrobu, więc nie można go wykorzystać w podanych przykładach procedur medycznych.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi na pytania nr 18.**

**4. Zadanie 24 poz.20:**

Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 90cm x 200m? Cena zostanie podana za 1 mb.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**5. Zadanie 24 poz.4-13,15-17:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów pakowanych w opakowaniu typu blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika na bloku operacyjnym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

**6. Zadanie 30 poz.1:**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny typu SMS; gramatura minimum 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany u góry zapinany na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliesterowym. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową. Opakowanie z dwoma ręczniczkami. Zawinięty w papier krepowany zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Rozmiar M – XL.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment bez kolorowych lamówek, pod warunkiem zachowania wskazanych w pytaniu danych technicznych asortymentu**

**7. Zadanie 30 poz.2:**

Czy Zamawiający dopuści: Sterylny, pełno ochronny fartuch, z włókniny typu SMS zapinany na rzep, nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha, rękawy zakończone elastycznym poliesterowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar M - XXL. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 204 cm H<sub>2</sub>O. Fartuch zawinięty w papier krepowany zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment bez kolorowych lamówek, pod warunkiem zachowania wskazanych w pytaniu danych technicznych asortymentu**

**8. Zadanie 31 poz.1:**

Czy Zamawiający dopuści: Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), wykonany z materiału barierowego, niepylącego, antystatycznego. Nogawki bez ściągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z co najmniej jedną kieszenią i z wycięciem typu „V” pod szyją, materiał na całej powierzchni z włókniny SMS (o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup>, rozmiary S; M; L; XL; XXL). Komplety w kolorach niebieskim i zielonym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

Pytania dot. projektu umowy:

**9. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?**

**Odp.: Tak.**

**10. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty określonej w § 1 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?**

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**11. Czy Zamawiający uzupełni istotne postanowienia umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?**

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**KOMENDANT**

**plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M.J. 91/810 59 82