

Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/28/1/23

data: 22.12.2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 28/23/ZP „Zakup wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytania:

Firma 1

PYTANIE 1 – dotyczy pakietu nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L, **owalny** 100x55 mm, wysokość 120 mm i otwór wrzutowy 37 mm?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2 – dotyczy pakietu nr 9, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2L, w kształcie wiaderka i wymiarach: średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość: 230 mm oraz otworem wrzutowym o średnicy 60 mm w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu. Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PYTANIE 3 – dotyczy pakietu nr 9, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5L, w kształcie wiaderka i wymiarach: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 195 mm, wysokość: 210 mm, średnica otworu wrzutowego: 100 mm w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu. Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4 – dotyczy pakietu nr 9, pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10L, w kształcie wiaderka i wymiarach: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość: 3000 mm, średnica otworu wrzutowego: 100 mm w kolorze czerwonym, wykonany z polipropylenu. Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie np. ostrzy od trzonek, igieł od strzykawek. Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika. Pojemnik wyposażony

w naklejaną etykietę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Pojemnik posiada pozytywną opinię PZH.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 2

Pakiet 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników z szczelnym dwustopniowym zamykaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników z naklejoną etykietą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników o wymiarach: wysokość 220mm, średnica dolna 105mm, średnica górna 120mm oraz w kształcie jak na zdjęciu:



2l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy PN-EN ISO 175?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników o wymiarach: wysokość 190 mm, średnica dolna 200mm, średnica górna 230 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pojemności 5 l.

p.o. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym