



Projekt pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr: POWR.05.03.00-00-0003/18-00 z dnia 24.04.2019 r.,
okres realizacji od: 2018-11-02 do: 2023-06-30



UNIWERSYTET
O P O L S K I

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/07/2020/B

L.dz. DZP: 512/2020

Opole, 10.06.2020 r.

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.**

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

1. Pytanie

Część nr 3 poz. 15-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Nie

2. Pytanie

Część nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologiczne ze zdejmowanym uchwytem w którym ukryte są skrzydełka kaniuli, bez portu wykonana z FEP?

Odpowiedź

Poz. 15 nie jest kaniulą

3. Pytanie

Część nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologiczne ze zdejmowanym uchwytem w którym ukryte są skrzydełka kaniuli, bez portu wykonana z PUR?

Odpowiedź

Poz. 15 nie jest kaniulą

4. Pytanie

Część nr 3 poz. 19-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR z zastawką antyzwrotną z 4 paskami widniejącymi w promieniach RTG ze skrzydełkami i samo domykającym korkiem oznaczonymi kolorami identyfikującymi rozmiar port umiejscowiony w osi skrzydełek z nazwą producenta tylko na opakowaniu jednostkowym w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	310
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź

Nie

Uwzględnienie treści wyżej udzielonych odpowiedzi oraz pozostały okres czasu do terminu składania ofert nie ma konieczności zmiany terminu składania ofert. Tym samym **termin składania ofert nie ulega zmianie - pozostaje ten sam**, tj.: dzień **15.06.2020** roku. Składanie ofert: do godziny 10:00. Otwarcie ofert: godzina 10:30, za pośrednictwem *platformy zakupowej*.

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych**

mgr Marcin Czura