

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ**

zestaw nr 1 – po korekcie z dnia 24.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.165.2023.MK na dostawę wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwane dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść odpowiedzi na pytania Wykonawców, udzielonych przez Zamawiającego w dniu 17.11.2023 r. i niniejszym udziela skorygowanych odpowiedzi uczestnikom postępowania. Poniższe odpowiedzi są wiążące dla prawidłowo złożonej oferty:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
Pytania do umowy:		
1.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 1 Wyparka podpunkt 3: Czy Zamawiający dopuszcza kontrolę szybkości obrotów za pomocą pokrętki z nastawą szybkości obrotów w przedziale 1-10, gdzie wartości te proporcjonalnie odpowiadają zakresowi 20 rpm (wartość 1 na pokrętło) – 280 rpm (wartość 10 na pokrętło)?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt 1. Wyparka ppkt 3: Było: Ustawiana cyfrowo prędkość obrotowa w zakresie najmniej 20-200 rpm; <u>Po zmianie:</u> Regulowana prędkość obrotowa w zakresie najmniej 20-200 rpm;
2.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 1 Wyparka podpunkt 7: Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz pokazujący temperaturę bez prędkości obrotowej?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt 1 Wyparka ppkt 7: Było: Wyświetlacz pokazujący co najmniej prędkość obrotową i temperaturę; <u>Po zmianie:</u> Wyświetlacz pokazujący co najmniej temperaturę;
3.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 1 Wyparka podpunkt 8a: Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Woulffa o pojemności 125 ml?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt 1 Wyparka ppkt 8a: Było: Butelka Woulffa o poj. \geq 250 ml; <u>Po zmianie:</u> Butelka Woulffa o poj. co najmniej 125 ml;

4.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 3 Chiller podpunkt 1: Czy Zamawiający dopuszcza chiller o stałej nastawie temperatury na 10°C?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt 3 Chiller ppkt 1: Było: Zakres temperatur nie gorszy niż w zakresie od +10 do +25oC ; <u>Po zmianie:</u> Stała nastawa temperatury pracy: 10°C +/- 20%;
5.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 3 Chiller podpunkt 6: Czy Zamawiający dopuszcza chiller bez automatycznego zatrzymania po zakończonej destylacji?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt 3 Chiller ppkt 6: Było: Funkcja automatycznego zatrzymania po zakończonej destylacji; <u>Po zmianie:</u> Parametr zostaje usunięty.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **18.12.2023 r. do godz. 10:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.12.2023 r. o godz. 10:05**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ po zmianie z dnia 24.11.2023 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ;
- 2) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) o nazwie „**Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 24.11.2023 r.**”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**PROREKTOR
ds. Badań Naukowych**

prof. dr hab. Wiesław Łaskowski

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

mgr Marta Kujawska-Nowik

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Marta Jagielska