

# Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

DZP-RJ-PN.004.2021

Załącznik 1.11 do SWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 11 – Krzesło kardiologiczne z systemem płozowym

1.	<b>Krzesło kardiologiczne z systemem płozowym 20 szt.</b>
2.	Marka i typ oferowanego krzesła (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych)
3.	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
4.	System płozowy ułatwiający sprowadzenie pacjenta o dużej masie ciała po schodach.
5.	Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa odpornego na uszkodzenia
6.	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie Maksymalne wymiary po złożeniu: 52 x 23 x 96 cm.
7.	Wysuwane uchwyty przednie
8.	4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°
9.	Uchylne, składane uchwyty tylne
10.	Stabilizator głowy pacjenta
11.	Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiająca ześlizgnięcie się stóp pacjenta
12.	Min. 3 pasy poprzeczne
13.	Waga krzeselka z system płozowym max. 15 kg
14.	Udźwig min. 227 kg
15.	Gwarancja min. 24 miesiące
16.	Norma EN 1865 (lub równoważne)