



Znak: AE/ZP-27-53/21

Tarnów, 2021-12-13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę procesora tkankowego 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 2** – Czy Zamawiający dopuści procesor z koszykiem transportowym o pojemności do 100 kasetek?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 4** – Czy Zamawiający dopuści procesor z maksymalną pojemnością do 200 kasetek?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 5** – Czy Zamawiający dopuści koszyki transportowe wykonane z aluminium?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 8** – Czy Zamawiający dopuści procesor z zakresem ustawienia temperatury: 45 °C - 65°C i zabezpieczeniem temperaturowym przed przegrzaniem: 85°C ?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 16** – Czy Zamawiający dopuści procesor z możliwością regulacji czasu infiltracji w pojedynczej stacji od 5 minut do 99 godzin i 59 minut?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 21** – Czy Zamawiający dopuści procesor tkankowy z możliwością zapamiętania 9 niezależnych od siebie programów?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania procesora tkankowego wyposażonego w przezroczystą obudowę ze szkła akrylowego z własnymi przesuwными drzwiczkami dla łatwego dostępu do stacji z odczynnikami (obudowa obejmująca wszystkie stacje, kopułę z koszami na kasetki – gwarantującą zamknięcie przestrzeni w której mogą parować odczynniki), wykonaną przez producenta urządzenia gwarantując pełną kompatybilność z procesorem? Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż procesory typu karuzelowego w momencie podnoszenia się kopuły utrzymującej kosze transportowe pozwalają na parowanie niebezpiecznych odczynników (formalina – kancerogenna, ksylen – powodujące zwłóknienie płuc etc., alkohole) poprzez otwarcie przestrzeni nad stacjami. Dodatkowo Zamawiający wymaga systemu odciągu oparów powstałych w wyniku ich parowania z filtrem węglowym. System filtracji działa wydajnie jedynie w przypadku zamknięcia przestrzeni w której znajdują się stacje odczynnikowe. Stosowanie obudowy, szczególnie w połączeniu z systemem odciągu oparów, w bardzo wydajny sposób ogranicza ekspozycję osób obsługujących system na działanie szkodliwych oparów odczynnikowych.
8. **Dotyczy pkt 6.1 SWZ Termin wykonania zamówienia** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 80 dni.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie procesora tkankowego z zakresem ustawienia temperatury: 45°C - 65°C i zabezpieczeniem temperaturowym przed przegrzaniem: 85°C.

Ad. 5

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.16 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Zakres regulacji czasu inkubacji koszyka transportowego z preparatami w stacjach w zakresie nie mniejszym niż: od 1 minuty do 90 h”

zmienia na zapis o treści:

„Zakres regulacji czasu inkubacji koszyka transportowego z preparatami w stacjach w zakresie nie mniejszym niż: od 5 minut do 90 h”

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 7

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ po pkt.30 **dodaje pkt.30 a** w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **o treści:**

„Processor tkankowy wyposażony w obudowę lub pokrywą umożliwiającą łatwy dostęp do stacji z odczynnikami, wykonaną przez producenta urządzenia gwarantując pełną kompatybilność z procesorem.”

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ po pkt.30 **dodaje pkt.30 a** w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” **o treści:**

„TAK”

Ad. 8

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1 SWZ **zapis o treści:**

„6.1 Termin wykonania zamówienia:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 60 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

zmienia na zapis o treści:

„6.1 Termin wykonania zamówienia:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 80 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,
- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

2/w pkt.24.3 SWZ **zapis o treści:**

„24.3 Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 60 dni od daty podpisania umowy**,



- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.”

zmienia na zapis o treści:

„24.3 Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 80 dni od daty podpisania umowy**,
- szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.”

3/w pkt.III Formularza Ofertowego **zapis o treści:**

„Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 60 dni od daty podpisania umowy.**”

zmienia na zapis o treści:

„Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do 80 dni od daty podpisania umowy.**”

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.13 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Objętość każdej stacji minimum 1,8 litra”

zmienia na zapis o treści:

„Objętość każdej stacji minimum 1,8 litra”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.5, Ad.7 i Ad.8 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SWZ, działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 04.01.2022r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 04.01.2022r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.04.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 6.1., 18.1., 19.1., 20.1., 24.3., Formularzu Ofertowym, Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ i Formularz Ofertowy po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnobrzegu

Marcin Kuta

