



Plac Medyków 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01

NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Nr sprawy: 103/PNE/DOT/2020

Sosnowiec, 29.03.2021r

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Część 10

Aparat do znieczulania – 9 szt.

Lp.68. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zastawką APL z możliwością zwolnienia ciśnienia w układzie przez skręcanie do zera? Jest to rozwiązanie równoważne i jednocześnie nie ograniczające konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Część 10

Aparat do znieczulania – 9 szt.

Lp.75. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem pacjenta sterowanym poprzez ekran dotykowy bez pokrętła? Jest to rozwiązanie ergonomiczne i jednocześnie nie ograniczające konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Część 10

Aparat do znieczulania – 9 szt.

Lp.95. Czy Zamawiający potwierdzi możliwość złożenia oferty w przetargu na aparat do znieczulania z pomiarem głębokości znieczulenia metodą BIS z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub aparatu do znieczulania – 5 modułów na 9 aparatów? Rozwiązanie to umożliwia zastosowanie pomiaru głębokości znieczulenia metodą BIS w każdym z zamówionych aparatów lub monitorów funkcji życiowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.

Pytanie 4

Część 10

Aparat do znieczulania – 9 szt.

Dodatkowe wymagania łącznie do wszystkich aparatów Lp. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu worek samorozprężalny do wentylacji noworodków, niemowląt i dzieci, umożliwiający podanie do 300 ml objętości oddechowej z kompletem odpowiednich masek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.





Plac Medyków 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretariat@wss5.pl www.wss5.pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01

NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Pytanie 5

Część 10

Aparat do znieczulania – 9 szt.

Zwracamy się z prośbą o możliwość wykazania spełnienia warunków w postępowaniu poprzez potwierdzenie wykonania 3 dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia dających łącznie wymaganą wartość brutto tj. min 1 550 000,00 zł. Jako Wykonawca posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu medycznego stwierdzamy, że obecny zapis rozdz. 5 pkt. 5.2 ppkt. 5,2.3 SIWZ ogranicza zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców w ramach art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ograniczenie wymogu do możliwości spełnienia warunku poprzez wykazanie min 1 dostawy o wartości 1 550 000,00 zł. wyłącza bowiem z ubiegania się o udzielenie zamówienia podmioty, które swoją wiedzą i doświadczeniem również są w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie. Wykonawcy nie powinni być ograniczani w możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, tylko dlatego, że wśród ogłaszanych postępowań przetargowych rzadko pojawiają się takie, w ramach których następują dostawy aparatów do znieczulenia o wartość min. 1 550 000,00zł.

Możliwość wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez wykonanie 3 dostaw zwiększy konkurencyjność postępowania, doprowadzi do wyważenia wymogów Zamawiającego oraz umożliwi dostęp do tego zamówienia szerszej grupie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj 06.04.2021

ds. Ekonomii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Lukasz Bolata

