



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 03.10.2022r.

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 54/D/2022

WCKiK – SZP.2612.1.54/D/2022

Dotyczy: *pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 54/D/2022.*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP**, którego przedmiotem jest **dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych (Sprawa Nr 54/D/2022)**.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1:

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dotyczącego laptopa, o brzmieniu "Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark". Z punktu widzenia przeznaczenia komputera powyższe wymaganie nie znajduje zastosowania, a prowadzi jedynie do dwukrotnego zwiększenia jego ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 1

TAK. Zamawiający wykreśla zapis " Za parametry równoważności określa się osiągnięcie wyniku na minimalnym poziomie 19200pkt w teście cpubenchmark " i dodaje zapis „Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach pozwalających na bezproblemową komunikację z zamawianym urządzeniem“.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu nie przekraczający 2 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

TAK. Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu nie przekraczający 2 dni roboczych

Załącznik 1 na 4 stronach

W imieniu Zamawiającego