

Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

L. dz. DZP- 506 /22

Poznań, dnia 19.07.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-69/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa aparatury dla Zakładu Medycyny Sądowej wraz z transportem, wniesieniem i instalacją oraz przeszkoleniem pracowników z podziałem na 3 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy części 3:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu na max. 54 próbki (6 kanałów po 9 dysz), z możliwością niezależnego włączania/wyłączenia oraz blokowania dysz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które umożliwi odparowanie 54 próbek pod warunkiem zachowania objętości próbek określonych w specyfikacji.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, który wymaga ciśnienia wlotowego gazu w zakresie 2-6,9 bar?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, które wymaga ciśnienia wlotowego gazu w zakresie 2-6,9 bar.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pracującego w zakresie do 100 stopni C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w zakresie temp. do 100 stopni C.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.