



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001  
HACCP

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 27.06.2023 r.

**NZZ/43/D/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( PZP ) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Dostawa akcesoriów stosowanych w manometrii wysokiej rozdzielczości**

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji SWZ

**Pytanie nr 1 –**

Rozdział V SWZ Przedmiot zamówienia, pkt 8; Załącznik nr 3 do SWZ, par. 5 pkt 1

Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 8 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:

- Grupa 8 - roztwór buforowy do kalibracji pH 4
- Grupa 9 - roztwór buforowy do kalibracji pH 7?

Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jedнокrotnego użytku, produkowanymi poza obszarem Unii Europejskiej, które będą sukcesywnie dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy. Producent deklaruje dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. Biorąc pod uwagę wymagany przez Zamawiającego termin dostawy (5 dni roboczych) nie jest możliwe zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego terminu przydatności liczonego od dnia dostawy.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, tj. okres przydatności do użycia do 8 miesięcy w zakresie grup 8 oraz 9.

**Pytanie nr 2 –**

Rozdział V SWZ Przedmiot zamówienia, pkt 8; Załącznik nr 3 do SWZ, par. 5 pkt 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określania terminu przydatności do użycia/gwarancji sterylności dla:

- Grupa 1 – manometryczny cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości,
- Grupa 2 – manometryczny cewnik anorektalny wysokiej rozdzielczości,
- Grupa 3 – manometryczny cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości z impedancją?

Uzasadnienie: Dla ww. wyrobów medycznych producent określa warunki gwarancji na 12 miesięcy/250 użyc, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Producent nie określa terminu przydatności do użycia dla ww. produktów ani gwarancji sterylności, ponieważ produkty te nie są sterylne i są produktami wielokrotnego użytku.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, tj. odstąpienie od określania terminu przydatności do użycia / gwarancji sterylności w zakresie grupy 1, 2 i 3.

Zamawiający uznaje za wystarczający, określony przez producenta, okres gwarancji na 12 miesięcy / 250 użyc.

**Pytanie nr 3 –**

Rozdział V SWZ Przedmiot zamówienia, pkt 8; Załącznik nr 3 do SWZ, par. 5 pkt 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określania terminu przydatności do użycia/gwarancji sterylności dla:

- Grupa 6 – tuba do komory kalibracyjnej,
- Grupa 7 – komplet uszczelek do komory kalibracyjnej?

Uzasadnienie: Ww. towary nie są wyrobami medycznymi, ale częściami zamiennymi do systemu do manometrii wysokiej rozdzielczości ManoScan. Nie są wyrobami sterylnymi. Producent nie określa ich terminu przydatności do użycia.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, tj. odstąpienie od określania terminu przydatności do użycia / gwarancji sterylności w zakresie grupy 6 i 7.

Zamawiający uznaje za wystarczający okres gwarancji na 12 miesięcy.

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY