

**ZP-18-159BN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 21.12.2018 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych**

**Nr sprawy: ZP-18-159BN**

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrza standardowego, którego wysokość strzyżenia to min. 0,21 mm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w opakowaniu folia-folia?

**Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ.**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
dr n. med. WŁODZIMIECH .....  
podpis i pieczęć