

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 22.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy pakietu nr 6

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia? Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę do 20 dni (dotyczy tylko pakietu nr 6).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. poz. nr 4 i 5 – uszczelki do trokara, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązki wystawienia deklaracji zgodności, dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. poz. 4 i 5 pakiet 6. Ze względu na to, że producent pakuje uszczelki fabrycznie po 10 szt., i towar jest nierozkonfekcjonowalny, uprzejmie prosimy o dopuszczenie uszczelki pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
mgr Janusz Białkowski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Działowa-Hajdyla