



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 22.12.2022 r.

dotyczy: **PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP z długością obwodu 60-160 cm, z dodatkowym ramieniem 35-100 cm, z workiem oddechowym 3 l, pakowane na sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe z wyraźną skalą co 0,5 ml?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA, POZOSTAŁE ZAPISY SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek pakowanych a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA, POZOSTAŁE SWZ.

Pytanie 4

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton o długości 40 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 5

Pakiet 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę skalpeli pakowanych a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA.