

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
UNIwersytetu Jagiellońskiego  
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków  
tel. +4812-432-44-50  
e-mail: [bzp@uj.edu.pl](mailto:bzp@uj.edu.pl)  
[www.uj.edu.pl](http://www.uj.edu.pl) [www.przetargi.uj.edu.pl](http://www.przetargi.uj.edu.pl)



Kraków, dnia 8 listopada 2023 r.

### **Do wszystkich potencjalnych wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia ultramikrotomu wraz ze szkoleniem dla 2(dwóch) użytkowników w ilości 4 (czterech) godzin dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, 80.272.391.2023*

### **PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 1:**

Dot. Załącznik A do SWZ pkt. I. 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający zaakceptuje ultramikrotom w którym płynny ruch ramienia z próbką odbywa się w sposób zmotoryzowany, przy założeniu, że wszystkie pozostałe wymagania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są spełnione? Jest to jedno z dwóch rozwiązań stosowanych w ultramikrotomach oferowanych na całym świecie i dających absolutnie porównywalne rezultaty cięcia.

#### **ODPOWIEDŹ 1:**

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia - ruch ramienia z próbką musi się odbywać w sposób grawitacyjny, Zamawiający nie wyraża zgody na ultramikrotom w którym płynny ruch ramienia z próbką odbywa się w sposób zmotoryzowany.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ stanowią jej integralną część, z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Anna Onderka