


Tarnów, dnia 28.10.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .KKL.  /20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dot.: Zakres 1

Prosimy o dopuszczenie w zakresie 1 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cotton śr. 5-7-8.4 i 5-7-9.6, dł. 195 cm, akceptuje przewodnik 0,035.

Odpowiedź:

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 2 dot.: Zakres 1

Prosimy o dopuszczenie w zakresie 1 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do usuwania złogów twardych o długości 200cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 3 DOT.: Zakres 2

Prosimy o dopuszczenie w zakresie 2 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych nitinolowych do dwunastnicy z możliwością chowania i wysuwania do 80%, długość zestawu wprowadzającego 230cm, średnica zestawu 10Fr. Markery RTG na obu końcach, długość stentu 6, 9, 12 cm, średnica trzonu – 22mm, średnica kołnierza 27mm, współpracujący z przewodnikiem 0,035.

Odpowiedź:

TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie w zakresie 2 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych nitinolowych do jelita grubego z możliwością chowania i wysuwania do 80%, długość zestawu wprowadzającego 230cm, średnica zestawu 10Fr. System uwalniania od strony dystalnej, długość stentu 6, 8, 10 cm, średnica trzonu – 25mm, średnica kołnierza 30mm, współpracujący z przewodnikiem 0,035.

Odpowiedź:


TAK ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a


DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech