



**REGIONALNY
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY**
IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

ul. Rydygiera 15/17, 86-300
Grudziądz tel. 56 641 3421; fax. 56
462 1334 email:
kancelaria@bieganski.org
<http://bieganski.org>

Grudziądz, dnia 08.12.2022 r.

ZP-2040/22

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy fartuchów chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/81/PN/22).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy fartuchów chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/81/PN/22), wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Pytanie 1, dot. Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMMS – wzmocniony o poniższych parametrach:

Jalowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umieszczenie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z 5 – cio warstwowej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40 g/m² . Wstawki klejone zapewniające pełną barierowość, nieprzeszyte mechanicznie maszyną. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym w postaci serwety włókninowej .Dodatkowo dwa ręczniki 30x40 cm.

Rozmiary i długość: M-120cm+/- 2cm, L-130cm+/- 2cm, XL140cm+/- 2cm, XXL150cm+/- 2cm, XXXL-160cm+/- 2cm

Zgodny z aktualnie obowiązującą normą EN 13795 .

Na opakowaniu zewnętrznym j dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę importera.

Odpowiedź

Pismo sporządziła : Paulina Wojtczak, tel. 56 641 3462

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

Zapytanie nr 2

Pytanie 1, dot. Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMMS – niewzmocniony o poniższych parametrach

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umieszczenie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z 5 – cio warstwowej włókniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m² . Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Dodatkowo dwa ręczniki 30x40 cm.

Rozmiary i długość: : M-120cm+/- 2cm, L-130cm+/- 2cm, XL140cm+/- 2cm, XXL150cm+/- 2cm, XXXL-160cm+/- 2cm

Zgodny z aktualnie obowiązującą normą EN 13795 .

Na opakowaniu zewnętrznym j dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę importera.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że określił wymagania w SWZ i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.